



编号: 0023-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东嘉联石油机械有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	角度尺	SDJL-004	0-320°	MPE:±2' U=1' k=2	角度块 1 级	深圳华科 计量检测 有限公司	校准: 2019.03.20	√
质管部	游标卡尺	SDJL-001	(0-150) mm	MPE:±0.02mm U=0.01mm k=2	量块 4 等	深圳华科 计量检测 有限公司	校准: 2019.03.20	√
质管部	内径千分尺	SDJL-003	(0-25)mm	MPE:±0.004mm U=0.8um k=2	量块 4 等	深圳华科 计量检测 有限公司	校准: 2019.03.20	√

审核综合意见:

该公司在《计量管理手册》中,对外部供方的管理、计量确认及测量过程监视方法、量值溯源管理均进行了规定。抽查《测量设备台账》中 3 件计量器具的校准证书,其校准结果的量值溯源符合要求。

审核日期: 2020 年 3 月 2 日上午至 2020 年 3 月 2 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

王立斌