



测量设备溯源抽查表

企业名称	东营市冠诚石油技术有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	机械秒表	GC002	/	$U_{rel}=0.06S, k=2$	毫秒表时间检定仪 $MPE: \pm(1 \times 10^{-7} T_0 + 3ms)$	山东中检高科检测技术有限公司	校准: 2019.06.26	√
质检部	交流耐压测试仪	1503960127	AN0602M	$U_{rel}=0.6\% \quad k=2$ 最大允许误差 $\pm 2.5\%$	耐电压测试仪校验装置 $MPE: \pm 0.2\%$	山东中检高科检测技术有限公司格	校准: 2019.06.25	√
质检部	外径千分尺	GC007	(0~25)mm	$U=1 \mu m \quad k=2$ 最大允许误差 $\pm 0.004mm$	量块 $U=0.20 \mu m + 2 \times 10^{-6} L(L-mm) \quad k=2.58$	山东中检高科检测技术有限公司	校准: 2019.06.25	√
质检部	接地导通电阻测量仪	1504961048	AN9613X	$U_{rel}=0.4\% \quad k=2$ 最大允许误差 $\pm 3.0\%$	模拟交直流标准电阻箱 $MPE: \pm 0.1\%$	山东中检高科检测技术有限公司格	校准: 2019.06.25	√
审核综合意见: 该公司已建立《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中 4 件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。								
审核日期: 2020 年 2 月 27 日 8:00—17:00								
审核员签字: 刘复荣					部门代表签字: 敬			