



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (06 版)

编号: 0034-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营市乾润石油工程技术服务有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	测厚仪	QR-001	C1200	MPE:±2.5um U=2.1um, k=2	测厚仪标准片 /	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.02.25	√
质检部	钢直尺	QR-014	1M	MPE:±2.0% U=0.05mm k=2	三等标准金属线纹尺 3 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.02.25	√
质检部	游标卡尺	QR-011	(0~150) mm 数显	MPE:±0.03mm U=0.01mm k=2	量块 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.02.25	√
质检部	管型测力计	QR-016	KL-1	MPE:±1% U _{rel} =0.4% k=2	力值砝码 /	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.02.25	√
审核综合意见: 该公司已建立《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中 4 件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。								
审核日期: 2020 年 3 月 10 日上午至 2020 年 3 月 10 日下午								
审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 邵峰								