



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	九江耀辉航海仪器发展有限公司		
受审核部门	技术质量部	陪同人员	余涵兵

不符合事实描述：

未能提供游标卡尺、千分表、外径千分尺经检定合格使用的证据。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款：

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：王红

审核组长：王红

受审核方代表：余涵兵

日期：2020.3.17

日期：2020.3.17

日期：2020.3.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供游标卡尺、千分表、外径千分尺的“检定证书”及“培训记录”。

经验证采取的措施有效。

审核员：王红 日期：2020.3.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对游标卡尺、千分表、外径千分尺进行检定。

纠正情况:

由技术质量部尽快联系相关单位对游标卡尺、千分表、外径千分尺进行检定。

原因分析:

对技术质量部培训欠缺，工作疏忽大意。

纠正措施:

对技术质量部针对此不符合进行培训。

预定完成日期: 2020. 4. 16

举一反三检查情况:

经查，无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施完成，经验证能够有效防止类似问题再发生。

受审核方代表:

余洪云

日期: 2020.3.27

培训记录

时间	2020.3.18	地点	办公室
主讲	余涵兵		
参加人员	技术质量部全体人员		
培训主要内容	<p>1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考核评价情况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人： 余涵兵</p> <p>2020 年 3 月 18 日</p>		



九江市计量所
Jiu Jiang Institute Of Metrology Inspection
检定证书

Verification Certificate

证书编号: DZ1362000159

(Certificate No.)

送检单位: 九江耀辉航海仪器发展有限公司
(Applicant)

计量器具名称: 游标卡尺
(Name of Instrument)

型号/规格: (0~150) mm
(Type/Specification)

出厂编号: 2204061042
(Serial No.)

制造单位: 成都成量工具集团有限公司
(Manufacturer)

检定依据: JJG30-2012《通用卡尺检定规程》
(Verification Regulation)

检定结论: 合格
(Conclusion)

批准人: 蔡茂军
(Authorizer by)

(检定专用章) 核验员: 钟均
(Checked by)

Stamp

检定员: 唐伟
(Verified by)



检定日期 2020 年 03 月 17 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 03 月 16 日
Valid until Year Month Day

法定计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.): (赣)法计(2018)01002号
传真/电话(Fax/Telephone): 0792-8223636/8211131 邮编: (Post Code): 332005
地址(Address): 江西省九江市长虹大道248号 网址(Web site): <http://www.jxjjim.com>
声明: 本证书提供的结果仅对本次检定有效, 未经本所批准, 部分采用本证书内容无效。
Attention: This result only valid for this verification, partly using this report will not be admitted unless allowed by JJIM.



20AA002480008

九江市计量所

Jiu Jiang Institute Of Metrology Inspection

检定证书

Verification Certificate

证书编号: DZ1362000156
(Certificate No.)

送检单位: 九江耀辉航海仪器发展有限公司
(Applicant)

计量器具名称: 千分表
(Name of Instrument)

型号/规格: (0~1) mm
(Model/Specification)

出厂编号: 50151
(Serial No.)

制造单位: HENGLIANG
(Manufacturer)

检定依据: JJG34-2008 《指示表(指针式、数显式)检定规程》
(Inspection Regulation)

检定结论: 合格
(Conclusion)

批准人: 蔡茂军
(Authorizer by)

(检定专用章) 核验员: 钟均
Stamp (Checked by)

检定员: 袁伟
(Verified by)

检定日期 2020 年 03 月 17 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 03 月 16 日
Valid until Year Month Day

机构授权证书号 (Authorization Certificate No.): (赣)法计(2018)01002号
Telephone: 0792-8223636/8211131 邮编 (Post Code): 332005
江西省九江市长虹大道248号 网址 (Web site): <http://www.jxjjjm.com>
本结果仅对本次检定有效, 未经本所批准, 部分采用本证书内容无效。
This result is only valid for this verification, partly using this report will not be admitted unless allowed by JJJM.



20AA002480007

九江市计量所

Jiu Jiang Institute Of Metrology Inspection

检定证书

Verification Certificate

证书编号: DZ1362000157

(Certificate No.)

送检单位: 九江耀辉航海仪器发展有限公司
(Applicant)

计量器具名称: 外径千分尺
(Name of Instrument)

型号/规格: (25~50)mm
(Type/Specification)

出厂编号: 269626
(Serial No.)

制造单位: 成量
(Manufacturer)

检定依据: JJG21-2008 《千分尺检定规程》
(Verification Regulation)

检定结论: 合格
(Conclusion)

批准人: 蔡茂军
(Authorizer by)

(检定专用章) 核验员: 钟玲
Stamp (Checked by)

检定员: 唐平
(Verified by)

检定日期 2020 年 03 月 17 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 03 月 16 日
Valid until Year Month Day

检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.): (赣)法计(2018)01002号
电话(Fax/Telephone): 0792-8223636/8211131 邮编: (Post Code): 332005
地址(Address): 江西省九江市长虹大道248号 网址(Web site): <http://www.jxjjim.com>
证书提供的结果仅对本次检定有效, 未经本所批准, 部分采用本证书内容无效。
This result only valid for this verification, partly using this report will not be admitted unless allowed by JJIM.

第 1 页 (page) 共 2 页 (of total pages)

