



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北汇晟管道装备有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	高建裴
不符合事实描述: 抽在用检具的检定或校准证书, 不能提供在用检具游标卡尺、硬度计、万能试验机的有效检定或校准证据。不符合标准 7.1.5.2a): 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或使用前进行校准和 (或) 检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李俊峰 审核组长: 李俊峰 受审核方代表: 张成林 日期: 2022.3.22 日期: 2022.3.22 日期: 3.22 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录。 实施有效。 审核员: 李俊峰 日期: 2022.6.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用检具游标卡尺、硬度计、万能试验机的有效检定或校准的证据。

纠正情况:

已联系校准机构来公司校准,但是结果还未出具。

原因分析:

对计量器具管理知识欠缺,没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人: 张成林 日期: 2020.6.7

受审核方代表: 张成林 日期: 2020.6.7



员工培训考核记录表

时间: 2020. 5.10	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 张成林
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款; 3. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款; 4. 学习公司的程序文件要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人: 张成林	



湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525612
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 河北汇晟管道装备有限公司

委托方地址:
Customer Add 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区

仪器名称:
Description 万能材料试验机

型号/规格:
Model/Type WEW-600B

制造厂:
Manufacturer 济南科汇实验仪器有限公司

出厂编号:
Serial No 5916

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2020年05月25日

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525611
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 河北汇晟管道装备有限公司

委托方地址:
Customer Add 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区

仪器名称:
Description 多用磁粉探伤仪

型号/规格:
Model/Type LXCD-1

制造厂:
Manufacturer 济宁鲁科检测器材有限公司

出厂编号:
Serial No 062002

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2020年05月25日

校准人 (Cal.by): 蒋勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add: West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525610
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 河北汇晟管道装备有限公司

委托方地址:
Customer Add 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区

仪器名称:
Description 热电偶

型号/规格:
Model/Type K型

制造厂:
Manufacturer 东林仪表

出厂编号:
Serial No 201512182

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2020年05月25日

校准人 (Cal.by): 冯雪芳

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code:

410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail:

jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax:

0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel:

0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525615
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 河北汇晟管道装备有限公司

委托方地址:
Customer Add 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区

仪器名称:
Description X射线荧光光谱仪

型号/规格:
Model/Type XXG2505

制造厂:
Manufacturer 丹东峰杰电气有限公司

出厂编号:
Serial No 2693

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2020年05月25日

校准人 (Cal.by): 蒋勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)



湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525616
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 河北汇晟管道装备有限公司

委托方地址:
Customer Add 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区

仪器名称:
Description 里氏硬度计

型号/规格:
Model/Type TH110

制造厂:
Manufacturer 北京时代之峰科技有限公司

出厂编号:
Serial No 9341000051

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2020年05月25日

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525617
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方: 河北汇晟管道装备有限公司
Client

委托方地址: 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区
Customer Add

仪器名称: 摆锤冲击试验机
Description

型号/规格: JBW-500B
Model/Type

制造厂: 济南科汇实验仪器有限公司
Manufacturer

出厂编号: 6555
Serial No

管理编号: /
Asset No.

校准日期: 2020年05月25日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525618
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方: 河北汇晟管道装备有限公司
Client

委托方地址: 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区
Customer Add

仪器名称: 超声探伤仪
Description

型号/规格: PXUT-350+
Model/Type

制造厂: 友联
Manufacturer

出厂编号: R50766
Serial No

管理编号: /
Asset No.

校准日期: 2020年05月25日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘卫秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add: West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525609
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 河北汇晟管道装备有限公司

委托方地址:
Customer Add 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区

仪器名称:
Description 游标卡尺

型号/规格:
Model/Type (0~600) mm

制造厂:
Manufacturer 桂林

出厂编号:
Serial No 14030783

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2020年05月25日

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525623
Cer. No



第 1 页/共 4 页
Page of

委托方: 河北汇晟管道装备有限公司
Client
委托方地址: 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区
Customer Add
仪器名称: 红外线测温仪
Description
型号/规格: DT8859
Model/Type
制造厂: 深圳华盛
Manufacturer
出厂编号: 09122980
Serial No
管理编号: /
Asset No
校准日期: 2020年05月25日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 余晨

审核人 (Checked by): 许厚思

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593





湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC200525625
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方: 河北汇晟管道装备有限公司
Client

委托方地址: 河北省沧州市孟村回族自治县泊庄工业区
Customer Add

仪器名称: 直读光谱仪
Description

型号/规格: XL2-800
Model/Type

制造厂: 美国尼通
Manufacturer

出厂编号: 71079
Serial No

管理编号: /
Asset No.

校准日期: 2020年05月25日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 许厚恩

批准人 (Approved by): 刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-89910593

Tel: 0731-89910593

