



编号: 30540-2023

不符合项报告

企业名称:	宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量中心	陪同人员:	田军
不符合事实描述: 抽查质量中心编号 E230706001 的压力变送器出厂检验记录, 记录信息不全, 缺少标准信息 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003</u> <u>6.2.3 记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签字) <u>于春奇</u> 陪同人员(签字) <u>田军</u> 企业部门代表(签字) <u>田军</u> 日期: 2023. 7. 9			
纠正措施: 立即在压力变送器出厂检验记录中增加相关信息并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签字: <u>田军</u> 审核员签字: <u>于春奇</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签字: <u>于春奇</u> 日期: 2023. 7. 9			

可另附页