



编号: 30540-2023

不符合项报告

企业名称:	宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产中心		陪同人员: 范宇航	
不符合事实描述: 查“测量设备台帐”中编号为 41001CAN 的智能数字压力控制器 缺少测量范围、使用部门、保管人等信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003</u> <u>6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签字) <u>胡以生</u> 陪同人员(签字) <u>范宇航</u> 企业部门代表(签字) <u>杨米娟</u> 日期: 2023. 7. 9			
纠正措施: 立即对台账中缺少的信息进行完善并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签字: _____ 审核员签字: <u>胡以生</u>			
纠正措施完成情况: 制定的纠正措施可行。 审核组代表签字: <u>于春奇</u> 日期: 2023. 7. 9			

可另附页