

永修县计量所

检定证书

证书编号: 力 20200325004 号

送 检 单 位: 江西科鸿新材料有限公司

计 量 器 具 名 称: 压力表

型 号 / 规 格: 0~2.5MPa

出 厂 编 号: 15103106

制 造 单 位: 富阳华科仪表有限公司

检 定 依 据: JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、

压力真空表和真空表》

检 定 结 论: 合格(1.6级)

(检定专用章)

批准人:

李 春

核验员:

夏 斌

检定员:

叶 祥 兵

检定日期 2020 年 03 月 25 日

有效期至 2020 年 09 月 24 日

计量检定机构计量授权证书: (赣) 计字 (2018) 01605 号

地址: 永修县新城大道

电话: 0792-3235244

邮编: 330304

E-mail: 978558878@qq.com

安全阀校验报告


报告编号: 4-ZDAF20200807

使用单位	江西科鸿新材料科技有限公司		
单位地址	永修		
联系人	黄岳平	联系电话	/
设备代码	(空气罐)	安装位置	顶部
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28W-16T
工作压力	0.80 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84 MPa	执行标准	TSGZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	氮气
整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	0.76 MPa
校验结果	符合要求	校验编号	20 0807

维护检修情况说明:

无

安装使用前须核对设备允许使用参数

检验日期	2020年03月17日	下次检验日期	2021年03月16日
校验: 黄岳平	日期: 2020年03月17日	 (检验机构核准编号): TS7110269-2023 (校验机构校验专用章) 2020年03月18日	
审核: 周国平	日期: 2020年03月18日		
审批: 谢迪明	日期: 2020年03月18日		

审批: 谢迪明

联系电话: 0792-8189968 13627026655

永修县计量所

检定证书

证书编号: 力 20200325006 号

送 检 单 位: 江西科鸿新材料有限公司

计 量 器 具 名 称: 压力表

型 号 / 规 格: 0~1.6MPa

出 厂 编 号: HC66581373754

制 造 单 位: 红旗仪表有限公司

检 定 依 据: JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、

压力真空表和真空表》

检 定 结 论: 合格(2.5级)

(检定专用章)

批准人:

李 春

核验员:

夏 斌

检定员:

叶 静 贞

检定日期 2020 年 03 月 25 日

有效期至 2020 年 09 月 24 日

计量检定机构计量授权证书: (赣)法计(2018)01605 号

地址: 永修县新城大道

电话: 0792-3235244

邮编: 330304

E-mail: 978558878@qq.com

永修县计量所

检定证书

证书编号: 力 20200325009 号

送 检 单 位: 江西科鸿新材料有限公司

计 量 器 具 名 称: 耐震压力表

型 号 / 规 格: 0~1.6MPa

出 厂 编 号: /

制 造 单 位: WIKA

检 定 依 据: JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、

压力真空表和真空表》

检 定 结 论: 合格(1.6级)

(检定专用章)

批准人: 李 春

核验员: 夏 斌

检定员: 叶 辉 兵

检定日期 2020 年 03 月 25 日

有效期至 2020 年 09 月 24 日

计量检定机构计量授权证书: (赣) 函计(2018) 01605 号

地址: 永修县新城大道 电话: 0792-3235244

邮编: 330304 E-mail: 978558878@qq.com