



编 号: 0118-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	冲击锤测量过程	被测参数要求(含公差)	质量 $\pm 5g$		
被测参数要求识别依据文件		GB3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第一部分通用要求 24.4.3.1 所规定冲击试验装置			
计量要求导出方法 (可另附) 见《冲击锤测量规程设计书》CLGC-A-06					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	电子秤	0-3kg	III级	812046723-002	2020.03.24
计量验证记录 导出符合要求, 设备配备能满足计量要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 张永伟 验证日期: 2020年4月17日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? (Y) 2. 计量要求导出方法是否正确? (Y) 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? (Y) 4. 测量设备是否检定/校准? (Y) 5. 测量设备验证是否正确? (Y) 审核员意见: 计量要求导出符合控制要求, 设备配备满足计量要求, 计量确认合格。 企业代表签字: 张永伟 审核日期: 2020年4月17日					