



编号: 0048-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称 四川中隆泰建设工程有限公司						审核员	刘文动	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	外径千分尺	02050123	(0-25) mm	±0.004mm	量块 70154 (5.12-100) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	检定: 2020.03.11	√
质检部	钢卷尺	11071618	(0-5) m	II 级	标准钢卷尺 92055 (0-5) m $U= (5-51.) \mu m k=2$	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	检定: 2020.03.11	√
质检部	游标卡尺	自编 00593	(0-200) mm	±0.03mm	量块 080275 (0-291.8) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	检定: 2020.03.11	√
质检部	电子台秤	D1910 926	TCS-150	III 级	M ₁ 等级砝码 1-154# 20kgx734 M ₁ 等级 057# 100mg~2kg	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	检定: 2020.03.11	√
以下空白								

审核综合意见:

该公司已建立《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中 4 件计量器具的检定证书，其检定结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。

审核日期: 2020 年 04 月 01 日

审核员签字:

刘文动

部门代表签字:

刘芳