

《成品烟丝箱式储丝重量测量过程控制（核查）记录》

NB/YC · WL3.16-JL1

设备名称: 电子静态秤 设备编号: ZF-002 核查日期: 2020.1.15

核查使用的标准砝码编号: SN 005 25kg标准砝码 8只

序号	砝码重量 (kg)	测量值(kg)	偏差值 (kg)
1	0	0	0
2	75	75	0
3	100	100	0
4	175	175	0
5	200	200.2	+0.2
	5		
核查判定	有效		
处置记录	无		
核查人	金孝强、莫佳是		

注: 偏差值控制限: ± 0.4 kg

《成品烟丝箱式储丝重量测量过程控制（核查）记录》

NB/YC - WL3.16-JL1

设备名称: 电子静态秤 设备编号: ZF-002 核查日期: 2020.4.13

核查使用的标准砝码编号: SN 005 25kg标准砝码 8只

序号	砝码重量 (kg)	测量值(kg)	偏差值 (kg)
1	0	0	0
2	75	75	0
3	100	100	0
4	175	175	0
5	200	200.2	+0.2
核查判定	有效		
处置记录	无		
核查人	余东强、朱永生		

注: 偏差值控制限: ± 0.4 kg

《成品烟丝箱式储丝重量测量过程控制（核查）记录》

NB/YC · WL3. 16-JL1

设备名称: 电子静态秤 设备编号: ZF-003 核查日期: 2020.1.15
 核查使用的标准砝码编号: SN005 25kg标准砝码 8只

序号	砝码重量 (kg)	测量值(kg)	偏差值 (kg)
1	0	0	0
2	75	75	0
3	100	100	0
4	175	175	0
5	200	200.2	+0.2
核查判定	有效		
处置记录	无		
核查人	金志强 莫俊		

注: 偏差值控制限: ± 0.4 kg

《成品烟丝箱式储丝重量测量过程控制（核查）记录》

NB/YC·WL3.16-JL1

设备名称: 电子静态秤 设备编号: ZF-003 核查日期: 2020.4.13

核查使用的标准砝码编号: SN 005 25kg 标准砝码 8只

序号	砝码重量 (kg)	测量值(kg)	偏差值 (kg)
1	0	0	0
2	75	75	0
3	100	100	0
4	175	175	0
5	200	200.2	+0.2
	S		
核查判定	合格		
处置记录	无		
核查人	金东强、朱承奎		

注：偏差值控制限：±0.4 kg
