



附件:

自校准项目的计量确认检查表

部门:

生产设备部 计量科

所建自校准项目名称		测量范围		不确定度/准确度等级/最大允许误差		计量标准考核证书号	
恒温箱		5℃~100℃		±1℃			
标准设备名称	型号规格	编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准周期	检定/校准有效期	检定/校准证书号
数据采集仪	2635A	9148004	50℃~400℃	±0.3℃	12月	2021.2.26	2020G40-10-2368143001
数据采集仪	2635A	1#-10#	50℃~200℃	±0.3℃	12月	2021.2.26	2020G40-10-2368143002
配接电缆							
开展检自校准测量设备名称或参数名称		测量范围		计量要求: 不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力		依据文件名称及编号	
干燥箱		5℃~100℃		测量要求 ±1℃		测量设备校准规程 干燥箱 QJ/SY-JL1.20-2010	



考核记录: (检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由, 提供证据)

人员能力: 项目校准人员 王生伟 (证书编号 2018-0010)

设备: 标准设备 检定合格

环境: 校准环境 符合控制要求 (现场观察)

证书报告: 校准设备 外检报告符合要求。

设备追溯性: 设备溯源有效。

原始记录: 抽查了 2020.3.28 原始记录。

恒温箱 校准有规范, 校准设备溯源有效, 人员能力符合要求, 原始记录填写符合要求。

审核结论: ☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格

注: 在选项上打√, 只选一项。

审核日期: 2020 年 4 月 日 审核员: 王生伟

部门代表签字: 李中一