



编号: 0032-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	78号空调能效测试		被测参数要求(含公差)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\% \text{RH}$	
被测参数要求识别依据文件	空调能效测试过程控制方法 NB/VC.06.2.4-2020.				
计量要求导出方法 (可另附) 按标准规定该过程为计量要求 = 测量要求.					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	温度变送器	RE1	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\% \text{RH}$	J193280000 1393	2019.9.28
计量验证记录 在计算机信息化系统中重复制证记录.					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 吴宜民			验证日期: 2019年9月28日		
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 是 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 基本满足 4. 测量设备是否检定/校准? 有 5. 测量设备验证是否正确? 正确					
审核员意见: 该要求的导出符合要求. 设备配备基本符合. 设备测量范围应按标准新增.					
企业代表签字: 李一			审核日期: 2020年4月22日		

编 号: 0032-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	成品烟丝箱材料重量		被测参数要求(含公差)	0.2kg	
被测参数要求识别依据文件			成品烟丝箱材料重量		
计量要求导出方法(可另附)					
按照规定该过程为计算要求 = 测量要求					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	电子秤	SCS-500	(0~500)kg/0.2kg	D19445000230	2019.4.28
计量验证记录					
在成品烟丝箱材料重量验证记录					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 周佳 验证日期: 2019年4月28日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 是 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 是 5. 测量设备验证是否正确? 正确					
审核员意见: 计量要求导出符合要求, 配备的设备满足计量要求. 张明					
企业代表签字: 李中 审核日期: 2020年4月22日					