



编号: 0003-2016-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	美钻石油钻采系统（上海）有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	布氏硬度计	SY06-1/ 3126582	KING3000	最大允许误差: $\pm 2.5\%$ $U_{rel}=2.0\%$ $k=2$	标准布氏硬度块 $U_{rel}=(0.5\%-1.3\%)$ $k=2$	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心	2019.05.17	√
质量部	微机屏显式电液万能试验机	142/MS P-SB-03 3	WA-300KD /300kN	$MPE=\pm 0.5\%$ $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	数显式标准测力仪 0.1 级 同轴度测试仪 $\pm 1\%$	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心	2019.05.20	√
质量部	冲击试验机	1152/MS P-SB-03 5	JBDW-300 B/300J	初始势能 $Kp:$ $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	摆锤称重仪 (20-600)N, $\pm 0.1\%$ 游标卡尺 (0-1000) mm, $\pm 0.07\text{mm}$ 光学倾斜仪 (0-120) $^{\circ}$, $\pm 5'$ 电子秒表 (0-3600) s, $\pm 0.03\text{s}$	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心	2019.05.20	√
质量部	投影仪	CQ2117	CPJ-3020A	$U=2\mu\text{m}$ $k=2$	标准玻璃线纹尺 (0-200) mm 2 等 角度块 (0-300) $^{\circ}$: 1 级	上海奥策计量检测技术有限公司	2019.10.15	√
质量部	压力表	CQ1941	(0-100) MPa	1.6 级	活塞式压力计 (5-250) MPa 0.02 级	上海奥策计量检测技术有限公司	2020.02.17	√
质量部	数显洛氏硬度计	MPS-SB -038	HRS-150	最大允许误差: $\pm 1.5\text{HRC}$	标准洛氏硬度块 $U=(0.2-0.4)\text{HR}$ $k=2$	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心	2019.05.17	√
质量部	外径千分尺	CQ1330	(25-50) mm/0.01mm	$U=2.0\mu\text{m}$ $k=2$	量块 (5.12-100) mm 5 等	上海奥策计量检测技术有限公司	2019.12.26	√
质量部	万能角度	CQ2183	(0-320) $^{\circ}$	$U=2.0\mu\text{m}$	角度块（七块组）	上海奥策计量	2019.10.15	



部	尺		2'	$k=2$	(0-360) °C 1 级	检测技术有限 公司		√
质量 部	触针式表 面粗糙度 仪	CQ1079	TR200	$U=5\%$ $k=2$	多刻线样板 $Ra=(0.1-3.2) \mu m$ $U=(3.5-4.5) \%$ $k=2$	上海奥策计量 检测技术有限 公司	2019.04.19	√

审核综合意见:

抽查《测量设备台账》中 9 件计量器具的校准证书, 其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。

审核日期: 2020 年 04 月 28 日上午至 2020 年 04 月 28 日下午 (共 1.0 天)

审核员签字: 刘复兴 部门代表签字: 黄雪