

材料力学性能测试测量过程现场核查比对记录

PM/RCP-03-011 记录号: 0319061401

微机屏显式电液万能试验机: 校准日期: 2019.5.20, 校准状态: 合格。

日期	测量过程名称	标准	实测	$En = \frac{ y_2 - y_1 }{\sqrt{2}U} \leq 1$ ($U = 2.0\% \times 710.6 \text{ Pa} = 14.2 \text{ MPa}$)	结论	核查人员
2019.6.14	抗拉强度试验	710MPa	715MPa	En=0.25	合格	范振华
2019.9.15	抗拉强度试验		702MPa	En=0.40	合格	范振华
2019.12.15	抗拉强度试验		718MPa	En=0.40	合格	范振华
2020.03.25	抗拉强度试验		702MPa	En=0.40	合格	范振华

编制: 范振华 2020.3.25

批准:  2020.3.25