




不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	西安铂士顿电气设备制造有限公司		
受审核部门	技术生产部	陪同人员	雷媛媛
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核时发现公司产品检验有使用充电桩测试仪、示波器、万用表，但是未能提供校准合格的证据，不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：李俐 审核组长：姜海军 受审核方代表：雷媛媛 日期：2020.4.21 日期：2020.4.21 日期：2020.4.21</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>验证了纠正措施及附件，校准证书、培训记录。 实施有效。</p> <p>审核员：姜海军 日期：2020.9.2</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>充电桩测试仪、示波器、万用表没有校准合格的证据。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上联系校准公司进行计量设备的校准。</p>
<p>原因分析:</p> <p>计量设备管理人员对标准学习不透彻，意识薄弱，没有认识到需定期校准的重要性。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对计量设备管理人员进行 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款、ISO14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款进行培训教育，提高管理意识。</p> <p>预定完成日期: 2020. 5. 10</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再查有无其他类似情况，未发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>措施有效。</p> <p>验证人:  日期: 9.12</p>

受审核方代表: 

日期: 9.17



审核整改延期申请书

北京国标联合认证有限公司：

本公司：西安铂士顿电气设备制造有限公司；二阶段审核本应按期实施不符合项目的整改，但由于 2020 年发生新冠病毒疫情的原因，有些不符合项无法按期完成整改；本公司特提出不符合项整改延期的申请。

特此申请，以批准为盼！

申请组织负责人签字：_____



申请组织盖章：西安铂士顿电气设备制造有限公司

申请日期： 2020 年 4 月 25 日

同意延期至： _____年____月____日

疫情结束后 3 个月

认证机构审批人签字：_____

批准日期： 年 月 日



培训记录

时间	2020.5.6	培训题目：外审不符合整改	培训教师	雷媛媛
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员： 全体管理人员				
培训内容摘要： 本次审核不符合的检讨； 计量设备管理要求； ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款； ISO 14001：2015 标准 8.1 条款； ISO45001：2018 标准 8.1 条款。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握计量器具管理相关知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 评价人：雷媛媛				
培训有效率：100%				
备注：				



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2008130866

委托方:
Client: 西安铂士顿电气设备制造有限公司

委托方地址:
Address: 西安市高新区丈八街办唐延南路逸翠园I都会小区3幢1单元11555室

仪器名称:
Description: 充电桩测试仪

型号/规格:
Model/Type: ST-980

制造商:
Manufacturer: 深圳市赛特新能科技有限公司

出厂编号:
Serial No.: /

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2020 年 08 月 13 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核 验:
Inspected by: 潘小利

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):

批 准:
Approved by: 江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 4 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2008130864

委托方:
Client: 西安铂士顿电气设备制造有限公司

委托方地址:
Address: 西安市高新区丈八街办唐延南路逸翠园I都会小区3幢1单元11555室

仪器名称:
Description: 示波器

型号/规格:
Model/Type: UTD2102CEX

制造商:
Manufacturer: 优利德

出厂编号:
Serial No.: 6935750590669

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2020 年 08 月 13 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核 验:
Inspected by: 潘小利

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):

批 准:
Approved by: 江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 4 页

Page of

证书编号: HK2008130863
Certificate No.:

委托方: 西安铂士顿电气设备制造有限公司
Client:

委托方地址: 西安市高新区丈八街办唐延南路逸翠园I都会小区3幢1单元11555室
Address:

仪器名称: 万用表
Description:

型号/规格: VC890D
Model/Type:

制造商: /
Manufacturer:

出厂编号: /
Serial No.:

管理编号: /
Asset No.:

校准日期: 2020 年 08 月 13 日
Calibration Date.: Y M D

校准: 林贞杰
Calibrated by:

核验: 潘小利
Inspected by:

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):

批准: 江伟文
Approved by:

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): http://www.stsjt.vip

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



证书查询