



编号: 0071-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	南京天溯自动化控制系统有限公司					审核员	汪宁艺	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生态发展事业部	耐压测试仪	1108101-080	CS9912BI	±5%	耐压测试仪检定装置±0.5%	南京市计量监督检测院	2019.09.18	√
生态发展事业部	单相多功能标准表	SDH1308438	HS-5100	0.05 级	三相电能表标准装置 0.01 级	江苏省计量科学研究院	2019.12.31	√
生态发展事业部	数字温湿度计	WH-02	HTC-1	温度 : $U=0.5^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度 : $U=2.0\%\text{RH}$ $k=2$	冷镜式露点仪 温度 MPE:±0.1℃; 露点温度 MPE:±0.2℃; 温湿度自动检定装置 温度均匀度: 0.3℃; 湿度均匀度: 1.0%RH	南京市计量监督检测院	2019.06.18	√
生态发展事业部	三相电能表检定装置	SD1312458	HS-6303	0.05 级	三相电能表标准装置 0.01 级	江苏省计量科学研究院	2019.12.30	√
生态发展事业部	数显卡尺	601013841	(0-150)mm	±0.03mm	4 等量块	南京市计量监督检测院	2019.06.18	√
生态发展事业部	三相标准电能表	SDT1311361	HS-5300	0.05 级	三相电能表标准装置 0.01 级	江苏省计量科学研究院	2020.12.31	√

审核综合意见:

抽查该公司所有测量设备均送南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究院检定/校准。经查 6 份检定/校准证书, 填写规范, 无遗漏, 授权人签章有效, 符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准。

审核日期: 2020 年 4 月 28 日~4 月 29 日

审核员签字:

汪宁艺

部门代表签字:

陈亮