



编号: 0071-2020

不符合项报告

企业名称: 南京天溯自动化控制系统有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生态发展事业部	陪同人员: 陈磊
不符合事实描述: 查: 生态发展事业部元器件检验用 LCR 数字电桥编号 (150440617), 2019 年 8 月 30 日校准, 未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.2.4 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 汪宇艺 陪同人员(签名) 陈磊 企业部门代表(签名) 徐正良 日期: 2020.04.29	
纠正措施: 按照体系文件中要求, 在一星期内完成整改。 又对公司内所有计量设备的计量确认合格标识进行检查, 无其他标识问题。 企业部门代表签名: 徐正良 审核员签名: 汪宇艺	
纠正措施完成情况: 同意以上整改纠正措施。 审核组代表签名: 汪宇艺 日期: 2020.04.29	

可另附页