



测量设备溯源抽查表

企业名称	星禾环保科技有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	数字万用表	/	AT9205 D	$U=0.0018\text{mA}$ $k=2$	多用表校准系统 ACI: $U=(0.007-0.004)\text{mA}$ $k=2$	方圆检测认证有限公司	2020.03.30	√
技术部	气象传感器(温湿度)	2017A0207	FSW500	温度 $U=0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度 $U=2.1\%\text{RH}$ $k=2$	温湿度表检定装置: $U=1.2\%\text{RH}$ $k=2$ $U=0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 精密露点仪: 露点 $\text{MPE}:\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度 $\text{MPE}:\pm 1^{\circ}\text{C}$	河南省计量科学研究院	2020.02.28	√
技术部	标准镜片	/	STGR-660	$U=0.3\%$ $k=2$	紫外可见近红外分光光度计检定装置: 波长 $U=(0.1-0.5)\text{nm}$ $k=2$ 透射比 $U=(0.1-0.3)\%$ $k=2$ 紫外可见近红外分光光度计: 波长 $\text{MPE}:\pm 0.3\text{nm}$ 透射比 $\text{MPE}:\pm 0.3\text{nm}\%$	河南省计量科学研究院	2019.10.16	√
技术部	水准仪	145396	DSZ3	$U=1.2''$ $k=2$	经纬仪水准仪校准装置: $U=0.5''$ $k=2$	测绘仪器计量校准实验室	2019.08.30	√

审核综合意见:

该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中 4 件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。

审核日期: 2020 年 5 月 8 日上午至 2020 年 5 月 8 日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 邵书杰