



编号: 0019-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 江西新瑞丰生化股份有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 制剂车间	陪同人员: 温磊
不符合事实描述: 在制剂车间发现, 抽检用 FM2-9011 电子天平 (出厂编号 14736867) 标识有效期至 2020 年 5 月 20 日, 已超期。经询问, 使用单位已委托外部计量机构进行了检定, 但未能提供检定合格的证据。	
不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备	
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ _____;	
审核员(签名) 黄为平	陪同人员(签名) 温磊
企业部门代表(签名) 张胜生	
日期: 2020-05-29	
纠正措施: 依据委外计量机构出具的检定证书, 对编号为 FM-9011 (出厂编号 14736867) 的电子天平进行计量确认, 更新状态标识, 有效期至 2021 年 05 月 20 日。 对现场测量设备标识进行清查, 未发现有标识超期现象。组织, 计量科 计量管理和检定人员参加 G/XPFG 2070109-2017 《测量设备 确认标识, 控制程序》的内部学习, 以防此类事件再次发生。	
企业部门代表签名: 张胜生	审核员签名: 黄为平
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 查验见证材料符合要求。	
审核组代表签名: 黄为平	日期: 2020. 7. 17

可另附页

东 华 计 量 测 试 研 究 院

(国防科技工业3611二级计量站)

Dong Hua Institute of Metrology and Testing

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.


GFJGJL2023 20912100813-002

送检单位:
Applicant

江西新瑞丰生化股份有限公司

地址:
Address

江西省吉安市新干县盐化工业城

仪器名称:
Instrument name

电子天平

型号/规格:
Model/Type

BS200S

出厂编号:
Serial No.

FM2-9011
(14736867)

制造商:
Manufacturer

sartorius

检定结论:
Verification Conclusion

Ⅲ级合格

检定员:
Operator



发证日期
Issued Date

2020 年 05 月 21 日
Year Month Day

核验员:
Inspector




有效日期
Valid Date

2021 年 05 月 20 日
Year Month Day

主管:
Signature of leader



发证单位: (检定专用章)
Issued by (stamp)



地址: 江西省南昌市南池路229号
Address: 229 Nanchi Road, Nanchang, Jiangxi
邮编 (Post Code): 330029
电话 (Tel): 0791-88303616, 88324167
传真 (Fax): 0791-88307240
电子邮箱 (Email): jxdhjs@163.com



证书编号:
Certificate No.

GFJGJL2023 20912100813-002

第 2 页 共 3 页
Page of

本院为法定计量技术机构, 许可证号: 国防军工-JLJG-2-023

This laboratory is a national legal metrological verification institution.

Authorization certificate: 国防军工-JLJG-2-023

本院为中国人民解放军总装备部认可的军用实验室, 认可证书号: 军认可 20130083 号。

The laboratory is a Military Laboratory approved by Chinese PLA General Armament Department

Certificate of laboratory accreditation: 军认可 20130083 号

本次检定所依据的技术文件(代号、名称):

Reference Documents For The Verification(Code, Name)

JJG1036-2008《电子天平检定规程》

本次检定所使用的主要计量标准器具:

Main Standards Of Measurement Used In The Verification

名称 Name	编号 No.	测量范围 Measurement Range	准确度等级/最大允许 误差/测量不确定度 Accuracy class/MPE/Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效期 Valid Date
砝码	2167	1mg~200g	F ₁ 等级	GFJGJL2023199 12091301-008/	2020-12-26

溯源性: 本次检定使用的计量标准均可溯源到中国国家计量基准

Traceability Standards Of Measurement Used In The Verification Can Be Traceable To China National Standards Of Measurement

地点: 客户现场(on site) (品管部)

Place

检定环境条件:

Environmental Condition In The Verification

环境温度: (20.2~20.3)℃

相对湿度: 60%

其它: /

Temperature

Relative Humidity

Others

注: 1、未经本院批准授权, 不得部分采用本证书。

Statement: Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by DMJL

2、本证书的检定结果仅对所检定样品有效。本证书封面未加盖检定专用章无效。

These results are only responsible for the sample Verification This certificate is not available without a seal on the front cover.

检定证书续页专用

Continue page of verification certificate



检定数据 / 结果

Date/Results of Verification

测定项目			
最大载荷: Max		200g	
实际分度值: d		1mg	
检定分度值: e		10mg	
天平示值误差	准确度级别II级载荷	结果 (mg)	允差 (mg)
	$0 \leq m \leq 5000e$	1	± 5
	$5000e < m \leq 20000e$	2	± 10
	$20000e < m \leq 100000e$	/	$\pm$ /
天平偏载误差		1	± 10
天平重复性误差		1	10
载荷m以检定分度值e表示			

备注: 扩展不确定度: $U=5mg$ $k=2$

以下空白

江西新瑞丰生化股份有限公司

验证证书

XF/ZL1180

序号: 20200005

送检单位 品质部

测量设备名称 电子天平

型号规格 BS 200S

制造厂 赛多利斯公司

出厂编号 14736867

统一编号 FM2-9011

检定(校准)证书 4FJGTL2023 20912100813-002

验证结论: 计量特性 符合 计量要求

主管 张明华

复核 温磊

验证 黎世吉

验证日期 2020 年 06 月 03 日

计 量 要 求	测量参数	定量包装
	测量范围	(0-100)g
	控制要求	(0-50)g $\leq 9\%$ (50-100)g $\leq 4.5\%$
	分辨力	100mg
	环境条件	常温
	防爆要求	无
计 量 特 性	计量标准名称	电子天平
	型号规格	BS200S
	测量范围	(0-200)g
	准确度等级或 最大允许误差	$\pm 10\text{mg}$
	不确定度	$U = 5\text{mg} (k=2)$
	重复性	10mg

计量科会议记录

XRF/ZL0101

组织部门: 计量科

序号: 20200003

会议名称	程序文件培训	主持人	张胜生	参加人数	10
会议地点	计量科	时 间	2020.06.02	记录人	蔡红春
参加人员 签到	张胜生、李建平、张明国、朱亚果、孙永春 温磊、祝伦、宋世七、李朝。				

会议主题内容: 学习 G/XRFQ2070109-2017《测量设备确认标识控制程序》。

会议记录: (可另附页)

1. 经公司内确认合格的测量设备, 由检定(校准)人员根据确认结果选用正确的确认标识贴在设备醒目位置。
2. 对计量特性器, 委外检定测量设备由计量管理组按确认标识粘贴正确的确认标识。
3. 测量设备使用部门负责维护标识完好, 严禁擅自更改标识内容。
4. 计量科负责对测量设备确认标识定期进行抽查。