



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	王梦
不符合事实描述： 未能提供对“分光光度计、分析天平、压力表”进行校准或验证的相关证据 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：王梦 日期：2020.6.4 日期：2020.6.4 日期：2020.6.4 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 设备校准报告。 审核员：[Signature] 日期：2020.6.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供部分监视测量设备校准/验证的证据

纠正情况:

已经送检，未出报告，安排人问询、催促

原因分析:

因疫情原因，送检时间推迟，审核时报告未出

纠正措施:

组织相关人员进行培训，加强质量管理意识

预定完成日期：2020 年 7 月 3 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件，经检查，未发生类似事件

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效，未发生类似不符合

验证人： 王梦

日期：2020 年 6 月 7 日

培 训 实 施 记 录

JL-7.2-03

培训时间	2020.6.7	培训地点	支持体系	培训老师	咨询老师
培训参加人员	公司全体人员				
培训内容： 1GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款内容及运用 2 中华人民共和国计量法相关内容					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求					
评价人：李频 时间：2020.6.7					



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No. HK0620064901

委托方:
Client 中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司

委托方地址:
Address 北京市昌平区中关村生命科学园20号院1号楼4层

仪器名称:
Description 分光光度计

型号/规格:
Model/Type NanoPhotometer® P-330

制造商:
Manufacturer Implen/Thermo Scientific

出厂编号:
Serial No. 6371

管理编号:
Asset No. /

校准日期:
Calibration Date. 2020 年 06 月 04 日
Y M D

校准:
Calibrated by 林贞华

核 验:
Inspected by 李磊芳

批 准:
Approved by 江伟俊

发证单位(专用章)
Issued by (Stamp)



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.hk-17.com>

电子邮件(E-mail): szhkjl@sina.com

校 准 说 明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK0620064901
Certificate No.

第 2 页, 共 3 页
Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
- 6 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference documents for this calibration(code ,name):

JJG 178-2009 紫外可见近红外分光光度计检定规程

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具:
Main standards of measurement used this calibration:

设 备 名 称	编 号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
氧化钬滤光片	JJ336	MN20170874966/2020-11-13	-----
透射比滤光片	32256	CGEL201712115/2020-09	-----

8. 校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the calibration:

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温 度: 21.5 ℃

Temperature

相对湿度: 54 %RH

Relative Humidity

9. 被校准仪器限制使用条件:
Limiting condition of the instrument meterage:

校 准 结 果

Result of Calibration

证书编号: HK0620064901
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 符合要求

二、波长示值误差:

误差	允许误差	结论 (P/F)
1.3nm	$\leq 4.0\text{nm}$	P

三、波长重复性:

误差	允许误差	结论 (P/F)
1.0nm	$\leq 2.0\text{nm}$	P

四、透射比示值误差:

误差	允许误差	结论 (P/F)
0.5% τ	$\leq 1\% \tau$	P

五、透射比重复性:

误差	允许误差	结论 (P/F)
0.2% τ	$\leq 0.5\% \tau$	P

六、杂散光:

误差	允许误差	结论 (P/F)
360nm: 0.08%	$\leq 0.5\%$	P
420nm: 0.20%	$\leq 1.0\%$	P

七、说明 (Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求.

Conclusion: The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为:

Expanded Uncertainty of the Measurement Results:

波长: $U=0.5\text{nm}$; 透射比: $U_{\text{rel}}=0.2\%$, $k=2$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)
(The below is blank)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号:
Certificate No. HK0620064902

委托方:
Client 中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司

委托方地址:
Address 北京市昌平区中关村生命科学园20号院1号楼4层

仪器名称:
Description 分析天平

型号/规格:
Model/Type ME104

制造商:
Manufacturer METTLER TOLEDO

出厂编号:
Serial No. B602978125

管理编号:
Asset No. /

校准日期:
Calibration Date. 2020 年 06 月 04 日
Y M D

校 准:
Calibrated by 林贞伟

核 验:
Inspected by 李磊芳

批 准:
Approved by 江伟俊

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.hk-17.com>

电子邮件(E-mail): szhkjl@sina.com

校 准 说 明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK0620064902
Certificate No.

第 2 页, 共 3 页
Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
- 6 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference documents for this calibration(code ,name):

JJG1036-2008 电子天平检定规程

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具:
Main standards of measurement used this calibration:

设 备 名 称	编 号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
砝码组	2654	174102683/2020-11-03	M1级

8. 校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the calibration:

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温 度: 21.5 °C
Temperature

相对湿度: 54 %RH
Relative Humidity

9. 被校准仪器限制使用条件:
Limiting condition of the instrument meterage:

校 准 结 果

Result of Calibration

证书编号: HK0620064902
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 外观合格, 功能正常


二、示值误差: (Max=100g d=0.0001g)

标准值 (g)	示值 (g)	误差 (g)	允许误差 (g)	结论 (P/F)
0	0.0000	0.0000	± 0.0005	P
1	1.0000	0.0000	± 0.0005	P
2	2.0000	0.0000	± 0.0005	P
5	5.0000	0.0000	± 0.0010	P
10	10.0000	0.0000	± 0.0010	P
20	20.0002	0.0002	± 0.0010	P
50	50.0002	0.0002	± 0.0015	P
100	100.0002	0.0002	± 0.0015	P

三、重复性误差:

校准点 (g)	示值 (g)	误差 (g)	允许误差 (g)	结论 (P/F)
100	100.0003	0.0003	± 0.0015	P

四、偏载误差:

砝码位置如下图	位 置	校准点 (g)	误差 (g)	允许误差 (g)	结论 (P/F)
	1	35	0.0003	± 0.0015	P
	2	35	0.0002	± 0.0015	P
	3	35	0.0002	± 0.0015	P
	4	35	0.0002	± 0.0015	P
	5	35	0.0003	± 0.0015	P

五. 说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=1.5\text{mg}$, $k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=1.5\text{mg}$, $k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evalution and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)
(The below is blank)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No. HK06200521101

委托方:
Client 中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司

委托方地址:
Address 北京市昌平区中关村生命科学园20号院1号楼4层

仪器名称:
Description 压力表

型号/规格:
Model/Type (0~0.4) MPa

制造商:
Manufacturer 上海云泰仪器仪表有限公司

出厂编号:
Serial No. 1409041

管理编号:
Asset No. /

校准日期:
Calibration Date. 2020 年 06 月 04 日
Y M D

校 准:
Calibrated by 林贞伟

核 验:
Inspected by 李磊芳

批 准:
Approved by 江伟俊

发证单位(专用章)
Issued by (Stamp)



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.hk-17.com>

电子邮件(E-mail): szhkjl@sina.com

校 准 说 明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK06200521101
Certificate No.

第 2 页, 共 3 页
Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
- 6 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference documents for this calibration(code ,name):

JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具:
Main standards of measurement used this calibration:

设 备 名 称	编 号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
压力表校验仪	76973	174381644/2020-10-30	-----

8. 校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the calibration:

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温 度: 21.5 °C
Temperature

相对湿度: 54 %RH
Relative Humidity

9. 被校准仪器限制使用条件:
Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK06200521101
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及各功能检查: 符合要求

二、示值误差:

标准压力值	被检示值		示值误差		允许误差	结论 (P/F)
MPa	MPa		MPa		MPa	
	升压	降压	升压	降压		
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	± 0.0064	P
0.1	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	± 0.0064	P
0.2	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	± 0.0064	P
0.3	0.3010	0.3000	0.0010	0.0000	± 0.0064	P
0.4	0.4000	0.4010	0.0000	0.0010	± 0.0100	P

三、回程误差:

实测值	允许误差	结论 (P/F)
MPa	MPa	
0.0010	≤ 0.0064	P

四、轻敲位移:

实测值	允许误差	结论 (P/F)
MPa	MPa	
0.0000	≤ 0.0032	P

五、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求.

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的相对扩展不确定度为: $U_{rel}=0.5\%FS, k=2$ 。

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U_{rel}=0.5\%FS, k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为半年

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is Six months.

(以 下 空 白)
(The below is blank)