

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2018]鲁东量标考证字第009号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 山东精益源石油装备检测技术服务有限公司

Possessor of the Measurement Standard.

计量标准名称 精密压力表标准装置

Name of Measurement Standard

代码 12415100

Code

测量范围 (-0.1 ~ 60) MPa

Measuring range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差 0.25级

Uncertainty/Accuracy Class/

Maximum Permissible Error

保存地点

山东精益源石油装备检测技术服务有限公司

Installed in

发证机关 (印章)

The issuing authority

发证日期 2018年8月31日

Date issued

有效期至 2022年8月30日

Date of expiry

0006847

[2018]鲁东量标考证字第009号

	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计量 标准 器 Measurement Standard	精密压力表	YB-150	(0~60) MPa	0.25级	上海赛途 ST18030611
	精密压力表	YB-150	(0~0.4) MPa	0.25级	西安秦仪 HX66531848102
	精密压力表	YB-150	(0~1) MPa	0.25级	上海赛途 ST18030581
	精密压力表	YB-150	(0~2.5) MPa	0.25级	西安秦仪 HX66561901176
	精密压力表	YB-150	(0~6) MPa	0.25级	西安秦仪 HX66510860104
	精密压力表	YB-150	(0~10) MPa	0.25级	西安秦仪 HX64560900972
	精密压力表	YB-150	(0~10) MPa	0.25级	西安秦仪 HX64560300070
	精密压力表	YB-150	(0~25) MPa	0.25级	上海赛途 ST18030610
	精密压力表	YB-150	(0~100) MPa	0.25级	西安秦仪0184
	精密压力表	YB-150	(-0.1~0) MPa	0.25级	红旗仪表 H068532402616
主要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	温湿度表	WS20280B	(15~45) °C (15~95) %RH	MPE: ±0.1°C, MPE: 0.2°C CDP	天津科辉仪表厂L01
	压力表校验器	CW-6型	(0~6) MPa	/	陕西创威16040602
	压力校验仪	Y-160型	(0~160) MPa	/	徐州吉阳1603018
	电动动态压力表 校验器	SHD-8型	(0~100) MPa	/	沈阳福润德1607711
	液压源	KY2011	(0~60) MPa	/	北京凯航伟业 17K9785
	压力表校验器	CW-60型	(0~60) MPa	/	陕西创威16040601
开 展 的 检 定 及 校 准 项 目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范 的编号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	一般压力表	(0~60) MPa	1.6级及以下	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》	
	耐(抗)震压力表	(0~60) MPa	1.6级及以下	JB/T6804-2006《抗震压力表机械行业标准》	
	压力真空表	(-0.1~0) MPa	1.6级及以下	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》	

考评员: 赵忠辉 ,