

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2018]鲁东量标考证字第007号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 山东精益源石油装备检测技术服务有限公司
Possessor of the Measurement Standard.

计量标准名称 压力变送器检定装置 代码 12417400
Name of Measurement Standard Code

测量范围 (0~40) MPa
Measuring range

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 0.05级
Uncertainty/Accuracy Class/
Maximum Permissible Error

保存地点 山东精益源石油装备检测技术服务有限公司
Installed in

发证机关(印章)

The issuing authority

发证日期 2018年8月31日

Date issued

有效期至 2022年8月30日

Date of expiry

0006845

[2018]鲁东量标考证字第007号

计量标准器 Measurement Standard	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	智能压力校验仪	KY2018	(0-1) MPa	0.05级	北京凯航伟业科技有限公司17K9781
	智能压力校验仪	KY2018	(0-10) MPa	0.05级	北京凯航伟业科技有限公司17K9782
	智能压力校验仪	KY2018	(0-25) MPa	0.05级	北京凯航伟业科技有限公司17K9783
	智能压力校验仪	KY2018	(0-60) MPa	0.05级	北京凯航伟业科技有限公司17K9784
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	兆欧表	ZC25-3B	(0-500) MΩ	10级	南京7924
	温湿度表	WS20280B	(15~45) °C (15~95) %RH	MPE: ±0.1°C, MPE: 0.2°C CD	天津科辉仪表厂 L01
	数字多用表	2000	DCU: 100mV ~ 1000V, ACU: 100mV ~ 750V, DCI: 1mA ~ 10A, ACI: 10mA ~ 10A, DCR: 10Ω ~ 100MΩ	U=0.0039 mA, k=2	KEITHLEY4320096
	压力校验仪	Y-160	(0~160) MPa	/	徐州吉阳1603018
开展的 检定 及 校准 项目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范 的编号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	压力变送器	(0~60) MPa	0.5级及以下	JJG882-2004《压力变送器检定规程》	

考评员：王纯良，