



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对游标卡尺、千尺进行校准和检定

纠正情况:

委托保定计量所对计量器具进行了检定

原因分析:

疏忽,忘记对计量器具的校准

纠正措施:

- 1:对计量器具进行检定
- 2:对相关人员进行培训

预定完成日期: 2020.7.16

举一反三检查情况:

经查未发现因计量器具的没有检定而出现度量不合格的情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 2023 日期: 2020.7.16

受审核方代表: JMS 日期: 2020.7.16

员工培训记录表

表单编号：SCJL--004

培训地点	公司会议室		培训时间	2020.7.16
培训教师或负责人		培训方式	讲课	
培训内容（标准学习）				
ISO9000 标准 7.1.5 条款学习				
参加培训人员名单及签到表				
参加人员	签到	参加人员	签到	
办公室	王顺			
生产技术部	赵彦			
供销部	李海波			
总经理	郝凌宇			
<p>培训效果评价：</p> <p style="padding-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">鉴定人：王顺 日期：2020.7.16</p>				
备注：				