






不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北中能国建管道设备制造有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	田雅琴
不符合事实描述: 抽在用检具的检定或校准证书, 不能提供在用检具游标卡尺、测温仪、万能试验机的有效检定或校准证据。不符合标准 7.1.5.2a): 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.7.14 日期: 2020.7.14 日期: 2020.7.14			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 马书记了纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录, 实施有效。 审核员:  日期: 2020.9.29			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用检具游标卡尺、测温仪、万能试验机的有效检定或校准的证据。

纠正情况:

已联系校准机构来公司校准, 但是结果还未出具。

原因分析:

对计量器具管理知识欠缺, 没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

1. 邵少华

日期:

9.29

受审核方代表:

1. 邵少华

日期:

9.29



员工培训考核记录表

时间：2020.7.28	培 训 主 题	培训教师： 田雅琴
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3、7.1.5 条款； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款； 4. 学习公司的程序文件要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人：田雅琴	

GRGT^{EST}广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:
Report No.

J202007300302763A01-2987

第 1 页 共 3 页
Page of委托方
Client

河北中能国建管道设备制造有限公司

委托方地址
Address

河北省沧州市孟村县东河工业区

仪器/样品名称
Description

冲击试验机

型号/规格
Model/Type

JB-300

制造厂
Manufacturer

济南思达测试技术有限公司

出厂编号
Serial No.

9010

管理号
Asset No.检测日期
Date of Test2020年07月30日
Y M D样品接收日期
Date of Receipt2020年07月30日
Y M D

批准人:

Approved Signatory

李辛(副主任)

核 验:

Inspected by

李金洋

检 测:

Tested by

李金洋



地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163 Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong.China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): <http://www.grgtest.com>电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com

GRGT^{EST}广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:

J202007302763A01-2983

第 1 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

委托方

河北中能国建管道设备制造有限公司

Client

委托方地址

河北省沧州市孟村县东河工业区

Address

仪器名称

金相式样抛光机

Description

型号/规格

P-1

Model/Type

制造厂

泰州市金相船舶制造厂

Manufacturer

出厂编号

086016

Serial No.

管理号

Asset No.

校准日期

2020年07月30日

Date of Calibration

Y M D

样品接收日期

2020年07月30日

Date of Receipt

Y M D

批准人:

Approved Signatory

核 验:

Inspected by

校 准:

Calibrated by

地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163.Pingyun Rd. West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong.China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): <http://www.grgtest.com>电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com



GRGT^{EST}

广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.



中国认可
校准
CALIBRATION
CNAS L0446

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No. J202007309813A01-2985

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client 河北中能国建管道设备制造有限公司

委托方地址
Address 河北省沧州市孟村县东河工业区

仪器名称
Description 万能试验机

型号/规格
Model/Type WAW-600B

制造厂
Manufacturer 济南思达测试技术有限公司

出厂编号
Serial No. 719 管理号
Asset No. -----

校准日期
Date of Calibration 2020年07月30日
Y M D

样品接收日期
Date of Receipt 2020年07月30日
Y M D

批准人:
Approved Signatory 刘为(副总监)

核 验:
Inspected by 郭柳

校 准:
Calibrated by 郭柳



地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163.Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong.China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): <http://www.grgtest.com>

电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com

GRGT^{EST}广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO., LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

J20200730016040A-2982

第 1 页 共 3 页
Page of委托方
Client

河北中能国建管道设备制造有限公司

委托方地址
Address

河北省沧州市孟村县东河工业区

仪器名称
Description

万能角度尺

型号/规格
Model/Type

(0~360)°

制造厂
Manufacturer

出厂编号
Serial No.

128568

管理号
Asset No.

100387

校准日期

2020年07月30日

Date of Calibration

Y M D

样品接收日期

2020年07月30日

Date of Receipt

Y M D

批准人:

Approved Signatory

李伟强(主管)

核 验:

Inspected by

788号

校 准:

Calibrated by

李金泽



地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163.Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong.China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): <http://www.grgtest.com>电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com

GRGT^{EST}广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No. J202007305088A-2988第 1 页 共 3 页
Page of委托方
Client 河北中能建管道设备制造有限公司委托方地址
Address 河北省沧州市孟村县东河工业区仪器名称
Description 红外线测温仪型号/规格
Model/Type DT-8859制造厂
Manufacturer CEM出厂编号
Serial No. 24272110管理号
Asset No. -----校准日期
Date of Calibration 2020年07月30日
Y M D样品接收日期
Date of Receipt 2020年07月30日
Y M D批准人:
Approved Signatory 江 (副主任)核 验:
Inspected by 周焰华校 准:
Calibrated by 张宏伟

本实验室地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163.Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong.China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): <http://www.grgtest.com>电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com



GRGTEST

广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.中国认可
校准
CALIBRATION
CNAS L0446

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No. J202007308733A02-2984第 1 页 共 3 页
Page of委托方
Client 河北中能国建管道设备制造有限公司委托方地址
Address 河北省沧州市孟村县东河工业区仪器名称
Description 游标卡尺型号/规格
Model/Type (0-500)mm制造厂
Manufacturer 成都成量工具集团有限公司出厂编号
Serial No. 管理号
Asset No. 100905校准日期
Date of Calibration 2020年07月30日
Y M D样品接收日期
Date of Receipt 2020年07月30日
Y M D批准人:
Approved Signatory 李伟强(主管)核 验:
Inspected by 7885校 准:
Calibrated by 张 华

地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163.Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong.China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): http://www.grgtest.com

电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com



GRGT^{EST}

广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.



CNAS

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0446

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No. J202010730733A02-2986

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client 河北中能建管道设备制造有限公司

委托方地址
Address 河北省沧州市孟村县东河工业区

仪器名称
Description 游标卡尺

型号/规格
Model/Type (0-500)mm

制造厂
Manufacturer 成都成量工具集团有限公司

出厂编号
Serial No. 管理号
Asset No. HY-02

校准日期
Date of Calibration 2020年07月30日
Y M D

样品接收日期
Date of Receipt 2020年07月30日
Y M D

批准人:
Approved Signatory 李伟强(主管)

核 验:
Inspected by 788号

校 准:
Calibrated by 张 华



(Stamp)

地址: 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

Address: No.163.Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou.Guangdong China

计量校准机构备案号 (The record number): [2012]粤量校S003号

联系电话 (Tel.): 020-38699960,66830999,400-602-0999

传真 (Fax): 020-38698685

邮政编码 (Postcode): 510656

网站 (Website): <http://www.grgtest.com>

电子邮件 (E-mail): grgtest@grgtest.com