



编 号: 0059-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 箭牌家居集团股份有限公司	不符合报告编号: 2020071005
企业下属部门: 卫浴品质部	陪同人员: 孙甫林
不符合事实描述: 抽查卫浴分厂的测量工具台账中硬度计按 C 类管理, 未按照《测量设备管理程序》的要求已进行分类管理。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.3.1 测量设备</u>	
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 _____;	
审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____	
企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.07.10	
纠正措施:	
纠正措施实施部门代表签名:	审核员确认签名:
纠正措施完成情况:	
审核组代表签名:	日期: