



编 号: 0081-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	水泥胶砂强度		被测参数要求(含公差)	3d 抗折强度 $\geq$ 3.5MPa 3d 抗压强度 $\geq$ 17.0MPa	
被测参数要求识别依据文件			GB/T17671-1999《水泥胶砂强度试验方法》		
计量要求导出方法(可另附) 依据 GB/T17671-1999《水泥胶砂强度试验方法》规范和抗折抗压强度允差 $\pm 5\%$, 导出选用水泥胶砂强度试验仪器精度等级为 I 级。计量误差 $\pm 1\%$ 。 测量范围: (10~100) MPa。					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	电液式水泥抗压抗折试验机	WEW-300 B	$\pm 1\%$	DZ2212000 080	2020.1.9
计量验证记录 测量设备最大误差为 0.2%。满足计量误差 $\pm 1\%$ 。 测量范围: (10~100) MPa。 被测参数要求: 3d 抗折强度 $\geq 3.5\text{MPa}$, 3d 抗压强度 $\geq 17.0\text{MPa}$ 。					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打 $\checkmark$, 只选一项)					
验证人员签字: 穆云志			验证日期: 2020 年 7 月 9 日		
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经过检定/校准; 5. 测量设备验证方法正确。					
审核员意见: 计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。					
企业代表签字: [Signature]			审核日期: 2020 年 7 月 9 日		