



编号：0081-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	中铁四局集团第五工程有限公司					审核员	童棣、黄为平	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
项目现场	洛氏硬度计	1739	HR-150			九江市计量所	2019.10.23	√
项目现场	洛氏硬度块	1910-506/1910-604	HR			中国计量科学院	2019.10.14	√
项目现场	压力试验机	160802	CXYE-2000D			九江市计量所	2019.10.23	√
项目现场	低温恒温槽	16310	DWCX-0506			九江市计量所	2019.10.23	√
项目现场	精密数字压力表	1702176	0-600MPa	0.4		九江市计量所	2019.10.23	√
项目现场	电子天平	142417016464	JJ224BC			九江市计量所	2019.10.27	√
项目现场	涂层测厚仪	N874834	CM-8820			九江市计量所	2019.10.23	√
项目现场	红外测温仪	094968891	303B			佛山市质量计量监督检验中心	2019.11.01	√
技术中心	全站仪	3306413	TZ08	A	I	武汉地震计量检定与测量工程研究院	2019.10.10	√
技术中心	全站仪	1328129	TS02	A	I	广州计量检测技术研究所	2020.3.27	√
技术中心	水准仪	486401	DSZ1	A	I	江西省测绘成果质量监督检验站	2019.11.29	√
技术中心	水准仪	488316	DSZ1	A	I	江西省测绘成果质量监督检验站	2020.3.24	√
试验室	电子数显砷贯入阻力仪	JC-HN-05	HG-1000S	/	0.0	九江计量所	2020.1.9	√



试验室	洛氏硬度计	JC-LX-1 4	HR-150A	/	0.5	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	微机电液式万能材料试验机	JC-LX-0 2	WEW-300B	I 级	0.01kN	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	称量传感器	JC-LX-2 1	YLR-3F/2 000kN	/	/	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	电液式水泥抗压抗折试验机	JC-SN-01	YAW-300C	I 级	0.01kN	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	水泥净浆搅拌机	JC-SN-23	NJ-160	/	/	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	电子天平	JC-TP-05	JA21001	III级	0.01g	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	电子天平	JC-TP-14	FA2004	I 级	0.0001g	九江计量所	2020.1.9	√
试验室	游标卡尺	JC-CD-04	0~ 300mm	/	0.02mm	九江计量所	2020.1.9	√

审核综合意见:

现场查验各部门有关测量设备,均已经九江市计量所等机构检定、校准;查设备台帐及周检计划,均已按计划实施;设备实物与溯源证书、标识信息一致,都在有效期内;测量设备溯源有效,符合规定要求。

审核日期: 2020 年 07 月 08 日 下午至 2020 年 07 月 09 日 下午 (共 1.5 天)

审核员签字:

黄为平

部门代表签字:

程云志