






不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	天津博昊科技发展有限公司		
受审核部门	品质部	陪同人员	赵佳
不符合事实描述： 企业未能提供钢直尺等计量检验设备校准或验证的相关证据 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期：2020年7月14日 日期：2020年7月14日 日期：2020年7月14日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 设备校准报告 纠正措施有效，未发生类似不符合 审核员： 日期：2020年7月15日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 监视测量设备未送检
纠正情况: 安排人员送检
原因分析: 相关人员培训不到位, 导致未送检
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2020 年 8 月 5 日前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合。
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训有效, 未发生类似不符合 验证人: 赵佳

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.7.16	培训地点	会议室	培训教师	张全胜
培训内容	外审不符合整改			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
盖永皓	√				
单德威	√				
孔令伟	√				
韩建	√				
韩建	√				
张全胜	√				
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款内容及运行；中和人民共和国记录法相关内容。					
考核成绩：（可附表） 课堂提问、互动式学习，全体合格。					
培训有效性评估： 通过培训，员工对培训内容有一定了解，达到预期的目的，培训有效。 评估人： 张全胜 日期：2020 年 7 月 16 日					

记录人：韩建



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

校准证书编号: ZCCDX200715004

Calibrated certificate series No.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10676

客户名称
Name of Applicant 天津博昊科技发展有限公司

客户地址
Address of customer 天津市津南区八里台镇工业园区

器具名称
Name of device 钢卷尺

型号/规格
Model/Specification 5m

器具编号
No. of instrument 1#

生产厂家
Manufacturer 得力

校准技术依据
Reference documents for the calibration 参照JJG 4-2015《钢卷尺检定规程》

(机构校准专用章)



批准人
Approved by 墨/孟姣

核验员
Checked by 墨/孟姣

校准员
Verified by 梁位唯

批准日期 2020 年 07 月 15 日
Approved Date Year Month Day

地址: 石家庄市红旗大街333号

电话/传真: 0311-85235235

邮编: 050000

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang

Post Code

客户咨询电话: 0311-85235235

投诉电话: 0311-85235235

邮箱: Hebeizhongce@cctco.cc

Inquire line

Tel. for complaint

E-mail

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.

第1页, 共3页

Page of total pages



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

校准证书编号: ZCCDX200715005

Calibrated certificate series No.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10676

客户名称
Name of Applicant 天津博昊科技发展有限公司

客户地址
Address of customer 天津市津南区八里台镇工业园区

器具名称
Name of device 钢直尺

型号/规格
Model/Specification 1000mm

器具编号
No. of instrument 2#

生产厂家
Manufacturer 得力

校准技术依据
Reference documents for the calibration 参照JJG 1-1999《钢直尺检定规程》

(机构校准专用章)



批准人
Approved by 望/孟姣

核验员
Checked by 望/孟姣

校准员
Verified by 梁位唯

批准日期 2020 年 07 月 15 日
Approved Date Year Month Day

地址: 石家庄市红旗大街333号

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang

客户咨询电话: 0311-85235235

Inquire line

电话/传真: 0311-85235235

Tel./Fax

投诉电话: 0311-85235235

Tel. for complaint

邮编: 050000

Post Code

邮箱: Hebeizhongce@cctco.cc

E-mail

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.

第1页, 共3页

Page of total pages