

高度控制测量过程监控记录


单位/部门:

测量过程名称	导体直流电阻检测测量过程	测量地点	集团检测中心二楼试验室
测量设备名称	数字电桥	出厂编号	20140402
监控间隔	6 个月	监控方法	核查作业指导书
测量过程的计量要求	$(0-50)\Omega \pm 0.2\Omega$	环境要求	温度: $(15\sim 25)^{\circ}\text{C}$; 湿度: $<85\%\text{RH}$

监控记录

日期	标准值	实测值			均值	试样编号	温度	湿度	核查人
2020.6.18	0.1815	0.1812	0.1812	0.1811	0.1810	LS/202008501	28℃	70%	牛俊飞
		0.1869	0.1869	0.1868					

趋势图:



测量结果分析: 符合范围(6.18)