

编号: 0033-2020

不符合项报告

企业名称: 上海浦东电线电缆 (集团) 有限公司	不符合报告编号: 001
企业下属部门: 行政中心	陪同人员: 秦凯利
不符合事实描述: 气体报警控制器(型号: ZBK-1000)由上海市燃气设备计量检测中心有限公司实施检验, 该公司依据 DB31/T 89-2009 《城镇燃气泄漏报警器安全技术附件》对报警器实施检验并出具检验报告。该报告只能证明报警器实施了检测项目, 不能作为计量确认的证明。	
不符合认证审核准则条款号: <u>ISO10012:2003 7.1.1</u>	
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>✓</u> ;	
审核员(签名): <u>何征斌</u>	陪同人员(签名): <u>秦凯利</u>
企业部门代表(签名): <u>张</u>	日期: 2020.07.24
纠正措施: 1. 原因分析: 体系运行前进行的设备检验, 人员对体系不熟悉。 2. 纠正: 联系上海市燃气设备计量检测中心有限公司对气体报警控制器重新进行检定(见附件) 3. 纠正措施: 行政人事部组织相关人员进行体系培训, 培训合格。	
企业部门代表签名: <u>张</u>	审核员签名:
纠正措施完成情况: 已按纠正措施实施完成, 已关闭不符合项。	
审核组代表签名: <u>张</u>	日期: 2020.8.14

可另附页