






不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	晴川安信(天津)汽车零部件有限公司		
受审核部门	品质部	陪同人员	王建新
不符合事实描述: 抽在用检具的检定或校准证书,不能提供在用检具钢卷尺、电子秤的有效检定或校准证据,不符合标准要求。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 姜海军 审核组长: 姜海军 受审核方代表:  日 期: 2020.7.11 日 期: 2020.7.11 日 期: 2020.7.11			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件: 校准证书、培训记录, 实施有效。 审核员: 姜海军 日期: 2020.8.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 不能提供在用检具钢卷尺、电子秤的有效检定或校准的证据。
纠正情况: 已联系校准机构来公司校准, 但是结果还未出具。
原因分析: 对计量器具管理知识欠缺, 没有意识到定期校准的重要性。
纠正措施: 组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。 预定完成日期:
举一反三检查情况: 再查其他未发现类似情况。
受审核方纠正措施有效性的验证: 实施有效。 验证人:  日期: 2020.8.13

受审核方代表: 

日期:2020.8.13



员工培训考核记录表

时间：2020. 7.13	培 训 主 题	培训教师： 王建新
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体品质部人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款； 3. 学习计量设备管理要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人：王建新	



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co.,Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

校准证书编号: ZCLXX200713007

Calibrated certificate series No.

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10676客户名称 晴川安信(天津)汽车零部件有限公司
Name of Applicant客户地址 天津市武清区黄花店镇八里桥村
Address of customer器具名称 电子秤
Name of device型号/规格 XK3190-A12+E
Model/Specification器具编号 1912040892
No. of instrument生产厂家 上海耀华称重系统有限公司
Manufacturer校准技术依据 参照JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》
Reference documents for the calibration

(机构校准专用章)

批准人
Approved by核验员
Checked by校准员
Verified by批准日期 2020 年 07 月 13 日
Approved Date Year Month Day

地 址: 石家庄市红旗大街333号

电话/传真: 0311-85235235

邮 编: 050000

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang

Post Code

客户咨询电话: 0311-85235235

投诉电话: 0311-85235235

邮 箱: Hebeizhongce@cctco.cc

Inquire line

Tel. for complaint

E- mail

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.





河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10676

校准证书编号: ZCLXX200713008

Calibrated certificate series No.

客户名称 晴川安信(天津)汽车零部件有限公司
Name of Applicant客户地址 天津市武清区黄花店镇八里桥村
Address of customer器具名称 电子秤
Name of device型号/规格 XK3190-A6
Model/Specification器具编号 1503099504
No. of instrument生产厂家 上海耀华称重系统有限公司
Manufacturer校准技术依据 参照JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》
Reference documents for the calibration

(机构校准专用章)

批准人
Approved by核验员
Checked by校准员
Verified by批准日期 2020 年 07 月 13 日
Approved Date Year Month Day

地址: 石家庄市红旗大街333号

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang

客户咨询电话: 0311-85235235

Inquire line

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.

电话/传真: 0311-85235235

Tel./Fax

投诉电话: 0311-85235235

Tel. for complaint

邮编: 050000

Post Code

邮箱: Hebeizhongce@cctco.cc

E-mail

第1页, 共3页

Page of total pages



扫描全能王 创建



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

校准证书编号: ZCCDX200713009

Calibrated certificate series No.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10676

客户名称
Name of Applicant 晴川安信(天津)汽车零部件有限公司

客户地址
Address of customer 天津市武清区黄花店镇八里桥村

器具名称
Name of device 钢卷尺

型号/规格
Model/Specification 7.5 m

器具编号
No. of instrument 1#

生产厂家
Manufacturer 诚益量具

校准技术依据
Reference documents for the calibration 参照JJG 4-2015《钢卷尺检定规程》

(机构校准专用章)



批准人
Approved by 王孟姣

核验员
Checked by 刘畅

校准员
Verified by 梁佳佳

批准日期 2020 年 07 月 13 日
Approved Date Year Month Day

地址: 石家庄市红旗大街333号

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang

客户咨询电话: 0311-85235235

Inquire line

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.

电话/传真: 0311-85235235

Tel./Fax

投诉电话: 0311-85235235

Tel. for complaint

邮编: 050000

Post Code

邮箱: Hebeizhongce@cctco.cc

E-mail

第1页, 共3页
Page of total pages



扫描全能王 创建