



编号: 0042-2018-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	江西阳光安全设备集团有限公司					审核员		
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	涂镀层测厚仪	YG-003	TC-800	(0-50)mm: $U=0.61\mu m$ ($k=2$) (50-1000)mm: $U=2.1\mu m$, ($k=2$)	测厚仪标准片 /	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.09	√
生产车间	外径千分尺	YG-004	(0~25) mm	± 0.004 $U=1.0\mu m$, ($k=2$)	量块: 4 等 平面平晶: 1 级合格 平行平晶: 1 级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.09	√
生产车间	游标卡尺	YG-005	(0~150) mm	深度测量误差: ± 0.02 mm 外量爪: ± 0.02 mm 内量爪: ± 0.02 mm	量块: 4 等 刀口形直尺: 1 级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.09	√
生产车间	钢卷尺	YG-001	(0~3) m	$U=0.3$ mm, ($k=2$)	钢卷尺 /	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.09	√
生产车间	塞尺	YG-002	(0.05~0.5) mm	$U=0.001$ mm, ($k=2$)	卧式测长仪 $U=0.3\mu m$ ($k=2$)	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.09	√
生产车间	压力表	09329821	(0~2.5) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	樟树市市场和质量监督管理局计量站	2020.09.07	√
生产车间	压力表	10925933	(0~1.6) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	樟树市市场和质量监督管理局计量站	2020.09.07	√
生产车间	压力表	09334330	(0~2.5) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	樟树市市场和质量监督管理局计量站	2020.09.07	√

审核综合意见:

江西阳光安全设备集团有限公司未建立公司最高标准, 该公司测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司注册码: CNAS L8465, 樟树市市场和质量监督管理局计量站授权证书号为: (赣) 法计 (2018) 01802 号两家企业进行检定/校准, 经查 8 份校准证书, 信息齐全, 填写规范, 无遗漏, 量值均可溯源, 授权人签章有效, 符合要求。

审核日期: 2020 年 11 月 04 日 8:30~17:30(共 1.0 天)

审核员签字:

部门代表签字:

