受理编号：0015－2017－2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	广州咏顺包装材料有限公司						
部门	测量设备名称	型号规格/出厂编号	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
品质部	阿贝折射仪	2WAJ/017153	$\pm 2\times 10^{-4} n_D$	折射仪标准块	广州市花都质量技术监督检测所	20190903	√
品质部	持粘性测试仪	CZY－S/1035	/	电子天平 III 级	广州市花都质量技术监督检测所	20190826	√
品质部	数显测厚规	（0-12.7）mm/14056027	±0.04mm	量块 3 等	广州市花都质量技术监督检测所	20190905	√
品质部	微机控制电子万能试验机	KT23.502/2001001	1 级	电子秒表 1 等 数显卡尺 0.01mm 负荷传感器 0.3 级	广州市计量检测技术研究院	20200115	√

审核综合意见：

已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由品质部保存，符合公司对溯源性管理的要求。

审核日期：

审核员签字：　　部门代表签字：