



受理编号：0024—2018—2019

测量设备溯源抽查表

受审核方		广东建源检测技术有限公司					
部门	测量设备名称	型号规格/ 出厂编号	测量设备 准确度等级	测量标准装置	检定/校准 机构	检定/校 准日期	符合 打√ 不符合 打×
检测部	恒温槽	CDW—60 JY/JC439	/	温湿度试验设备自动 检定系统	广州广电计 量检测股份 有限公司	2019年8 月7日	√
检测部	超声波测 厚仪	CTS—30B JY/JC605	±0.1mm	超声波试块	广州广电计 量检测股份 有限公司	2019年11 月27日	√
检测部	盐水喷雾 试验机	LX09A JY/JC1130	/	量筒 温湿度试验设备自动 检定系统	广州广电计 量检测股份 有限公司	2019年8 月7日	√
检测部	金相显微 镜	BJ—X JY/JC1184	±5%	目镜 玻璃尺	广州广电计 量检测股份 有限公司	2019年9 月10日	√
检测部	数学超声 波探伤仪	HS600 633601	/	超声探伤仪检定装置 超声波试块	广州广电计 量检测股份 有限公司	2019年8 月27日	√
审核综合意见： 已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量监督综合管理部门保存。 根据检定/校准的检查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。							
审核日期： 审核员签字：_____ 部门代表签字：_____							