



企业名称：广东建源检测技术有限公司		不符合报告编号：20190601	
企业下属部门：		陪同人员：	
不符合事实描述： 未能提供砖用卡尺（编号 T12033759）的计量确认记录。			
不符合认证审核准则条款号：_ GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 7.1.4 计量确认过程记录			
不符合程度： 主要不符合____； 次要不符合____；			
审核员(签名)_____		陪同人员(签名)_____	
企业职能部门代表（签名）_____			
日期：			
纠正措施：			
预计完成日期：_____			
纠正措施实施部门代表签名：		审核员确认签名：	
纠正措施完成情况：			
审核组代表签名：		日期：	