



受理编号: 0090-2018-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	湖北天霖新材料有限公司					审核员	崔秀琴	
部门	测量设备名称	型号规格	设备编号	测量设备准确度级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	熔体流动速率测定仪	XNR-400	TL-V-01	$l=0.008\text{mm}$ ($K=2$)	电子天平 1 级 温湿度巡检仪 千分尺	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	电子秤	TCS-300	62009	$l=0.03\text{kg}$ ($K=2$)	砝码 F_2 等级 砝码 F_1 等级	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	游标卡尺	(0-150)mm	13020301 34	0.02mm	量块 4 等 数显千分尺 MPE: $\pm 2 \mu\text{m}$	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	万能试验机	XWW-20	TL-V-02	$U_{rel}=0.40\%$ ($K=2$)	标准测力仪 0.1 级	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	水分测试仪	TDSF-50	TL-V-03	$l=0.20\text{mg}$ ($K=2$)	砝码 $l=(1-500)\text{g}$ E2	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	钢卷尺	BS-268	TL-L-01	$l=0.20$ ($K=2$)	标准钢卷尺 (0-5000)mm	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	π 尺	Φ (200-350)mm	TL-L-07	$l=0.01$ ($K=2$)	三等标准金属线纹尺 (0-1000)mm/3 等 数显千分尺	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√
生技部	电子天平	HZ3001AN	TL-L-04	$l=0.05\text{g}$ ($K=2$)	砝码 (1-5)kg F1 砝码 (1-500)g E1	上海捷祥测控技术有限公司	2019-10-25	√

审核综合意见:

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准, 送到上海捷祥测控技术有限公司。查 8 份测量设备检定、校准证书、校准证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。

审核日期: 2020 年 7 月 21 日下午至 7 月 22 日 上午

审核员签字:

部门代表签字: