



编号: 0060-2019-2020

### 测量设备溯源抽查表

企业名称		佛山市法恩洁具有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
龙头品质部	螺纹塞规	127-6D-07	G1/2	U=0.9~33 μm (k=2)	三针 1级	中国赛宝实验室	20191104	√
浴室柜品质部	邵氏硬度计	8314D03073	LX-D	±0.44N	量块 4等2级 标准测力仪 0.3级	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200619	√
浴室柜品质部	木材含水率测湿仪	QC03598-01	PT-90D	±2%RH	电子天平 I级	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200523	√
龙头品质部	温湿度计	PE-WSDB-01	TH603A	温度±2℃ 湿度 ±7.0%RH	精密露点仪 露点±0.2℃ 温度±0.1℃	中国赛宝实验室	20190828	√
计量组	铸铁平板	P001	(600×500) mm	2级	合像水平仪 Ure1=5%, k=2	广东省计量科学研究院东莞计量院	20200602	√
计量组	量块	26471	(10~291.8) mm	5等3级	表面粗糙样板块 MPE:-17%~+12% 平面平晶 1级 量块 4等2级	广东省计量科学研究院东莞计量院	20200602	√

**审核综合意见:**

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《溯源性管理程序》。除了计量标准和内部校准项目之外的测量设备公司统一由总经办送外校准/检定, 校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理, 校准/检定证书统一由总经办统一保存。

根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020年7月30日

审核员签字:

部门代表签字: