



编号: 0020-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	工业阀门强度试验水压		被测参数要求(含公差)	1.5倍额定压力	
被测参数要求识别依据文件	零部件图号 G-RVHX1000B-00				
计量要求导出方法 (可另附)	行业规定 1.5倍额定压力				
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	耐震压力表	0~4MPa	1.6级	812023646-104	2019.6.11
计量验证记录	2019年6月25日验证, 结论合格。				
验证结论:	☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)				
验证人员签字:	张燕				
	验证日期: 2019年6月25日				
认证审核记录:	1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? ✓ 2. 计量要求导出方法是否正确? ✓ 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? ✓ 4. 测量设备是否检定/校准? ✓ 5. 测量设备验证是否正确? ✓				
审核员意见:	已经识别了被测参数, 并进行了计量要求的导出, 识别出的设备符合要求并 实施了校准, 验证合格。 邱振英				
企业代表签字:	王峰				
	审核日期: 2019年9月21日				
审核部门:	品质部				