

测量设备溯源抽查表

编号: 0020-2017-2019

测量设备名称	管 理 类别	设备编号	准确度等级	确认间隔	溯源性检查			过程计量要求	验证结果	状态标识	测量环境
耐震压力表	B	FD1404C	1.6级	6个月	上海希贝计量技术有限公司	2019.6.11	1.6级合格	1.5级合格	合格	B类合格	—
游标卡尺	B	LS50101C	±0.02mm	6个月	上海希贝计量技术有限公司	2019.9.9	+0.02mm	±0.06mm	合格	B类合格	—
压力表	A	201903039	1.6级	6个月	嘉定计量所	2019.8.16	1.6级合格	1.6级	合格	A类合格	—
乙炔压力表	B	FP8531	0.5级	6个月	上海希贝计量技术有限公司	2019.9.5	0.5级合格	0.5级	合格	B类合格	—
空气压力表	B	FP905-7	0.5级	6个月	上海希贝计量技术有限公司	2019.9.5	0.5级合格	0.5级	合格	B类合格	—
磁阻法测厚仪	B	812030246	±(1+384)um	12个月	上海希贝计量技术有限公司	2019.9.9	+3um	±(1+384)um	合格	B类合格	—

审核综合意见: (设备台账、确认状态标识、使用的环境条件是否符合要求及设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求即满足顾客要求?) 公司自校准项目另填写“自校准项目的计量确认检查表”, 检查的测量设备均溯源性符合要求。

审核部门: 品保部

审核员: 邱振英

审核日期: 2019 年 9 月 21 日