

测量过程核查记录

编号：JR/JL01-005

测量过程名称：	DN20铜接管直径测量过程					测量过程编号：	ONA-QC-000-C-01					
核查标准：	直径为20mm标准工件			核查周期：		每月1次			备注：单位为mm			
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 $\bar{X}$	标准偏差 (s)
2020/1/13	19.99	20.02	19.96	20.01	20.03	20.00	20.02	19.98	19.96	19.99	20.00	0.02
2020/3/16	20.03	20.00	20.01	20.03	20.01	20.03	20.00	20.01	20.03	20.01	20.02	0.01
2020/4/16	19.98	19.99	20.00	20.00	19.96	20.02	20.01	20.03	20.01	19.98	20.00	0.02
2020/5/15	20.03	20.01	20.05	20.04	20.03	20.02	20.04	20.01	19.99	20.02	20.02	0.02
2020/6/16	20.01	19.98	20.00	19.99	20.03	20.01	20.00	20.02	19.99	20.01	20.00	0.02
2020/7/16	20.01	20.00	19.98	20.01	19.99	19.99	20.01	19.98	19.97	19.98	19.99	0.01

$\bar{X}$ - s图

