

测量过程核查记录

编号：JR/JL01-005

测量过程名称：	2级智能水表出厂Q3示值误差检验过程					测量过程编号：	ONA-QC-000-C-03					
核查标准：	标准水表			核查周期：		每月1次			备注：单位为%			
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\bar{X}$)	标准偏差 (s)
2020/1/13	0.26	0.45	0.22	-0.11	0.12	-0.45	-0.11	0.23	-0.32	0.14	0.04	0.28
2020/3/16	0.55	0.62	0.52	0.54	0.63	0.36	0.42	0.31	0.45	0.35	0.48	0.11
2020/4/16	0.30	-0.03	-0.34	0.24	-0.05	0.34	-0.89	0.23	0.05	0.25	0.01	0.38
2020/5/15	0.60	0.41	0.52	0.85	0.54	-0.46	-0.55	-0.36	-0.60	-0.10	0.09	0.55
2020/6/16	-0.61	-0.40	0.15	-0.10	0.38	0.14	0.25	-0.11	0.31	0.32	0.03	0.33
2020/7/16	-0.15	0.36	0.41	-0.80	-0.14	-0.14	0.34	0.42	0.13	0.29	0.07	0.39

$\bar{X}$ -s图

