

表格编号: GQZ08005-02A

高度控制测量过程确认报告

测量过程名称: 元素测定	
测量过程编号: 29Cg039	
测量要求: $(0.18 \sim 0.23) \% \pm 0.010\%$	
测量要求来源 (依据): Q/BQB 2714-2009	
计量要求: $(0.1 \sim 2.80) \% \text{RSD} \leq 1\%$	
测量不确定度: $(0.221 \pm 0.002) \%$, ($k=2$)	
确认结果	使用部门: 检测中心元素测定碳的测量过程, 其测量不确定度小于计量要求, 满足高度控制测量过程对不确定度的要求, 测量过程有效。
	负责人: 杜雅清 日期: 2020.06.16
	装备保障部:
	计量负责人: 日期:
结果处理 (确认结果不合格时):	
注: 应附测量不确定度评定报告	

编制人: 杜雅清 日期: 2020.06.16 审核人: 张文华 日期: 2020.06.18