



编 号: 0104-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	冲击吸收功		被测参数要求(含公差)			(0~450)J, 回零差 $\leq \pm 0.1\%$		
被测参数要求识别依据文件	GB/T 229		金属材料夏比摆锤冲击试验方法					
计量要求导出方法(可另附) 测量过程: 冲击吸收功, 测量范围: (0~450)J, 回零差 $\leq \pm 0.1\%$ 导出计量要求: 测量范围: (0~500)J, 回零差 $\leq \pm 0.1\%$, 示值误差 $\leq 20\%$, 摆锤式冲击试验机 $\pm 1.0^\circ\text{C}$ 数字温度计								
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期			
	摆锤式冲击试验机	JB-500C	(0~500)J 示值误差 $\leq \pm 0.1\%$	20200615-3-05001	2020.6.15			
	数字温度计	JM624K(-199.9~50)°C	$\pm 1.0^\circ\text{C}$	2020Z11-10-242366001	2020.4.14			
计量验证记录 经验证确认, 校准(检定)证书编号 20200615-3-05001 中, 校准/检定结果 符合该设备是满足测量设备的计量要求。								
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打 $\checkmark$, 只选一项)								
验证人员签字: 邓斌 验证日期: 2020 年 6 月 22 日								
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? $\checkmark$ 2. 计量要求导出方法是否正确? $\checkmark$ 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? $\checkmark$ 4. 测量设备是否检定/校准? $\checkmark$ 5. 测量设备验证是否正确? $\checkmark$ 审核员意见: 符合要求: 肖玲								
企业代表签字: 陈海 审核日期: 2020 年 8 月 20 日								