



编号: 00XX-201X-2019

测量设备溯源抽查表

企业名称	宝武特种冶金有限公司					审核员	郭国栋	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
锻造厂	便携式氧气分析仪	822060376	2M95-0X	±3%	—	市计量院	2020/7/12	✓
"	便携式	45008269	AM450	±3%	—	市计量院	2020/7/14	✓
"	车轴红外测温仪	08TR20093	TR0M	1.0	—	市计量院	2020/5/13	✓
"	平台秤	21FW040006		±3%	—	市计量院	2019/12/16	✓
"	"	21FW040002		"	—	市计量院	2020/1/19	✓
"	钢液温度	6057	±1000Pa	±0.5%	—	五钢改商	2020/6/24	✓
"	钢板尺	08LS1000	0~500mm	±0.01mm	—	五钢改商	2020/5/19	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

对抽查设备抽查3台, 经校准及现场计量确认标识, 符合要求。

审核日期: 2020年08月20日上午至2020年08月21日下午(共2.0天)

审核员签字: 郭国栋

部门代表签字: 何任斌



编号: 0104-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	宝武特种冶金有限公司					审核员	肖玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
电炉厂	三相三线电表	02EP030019	DS962-2/3×100V/360A	2级	0.05级	宝武特种冶金有限公司	2020.6.15	√
金铁造	"	082P030709	DSM864-1A/100V, 360A	2级	0.05级	"	2015.12.21	√
	温度记录仪	08FF300075	TBQ2-150B12	1.5级	—	浙江天信仪表有限公司	2019.2	检验合格
	"	08FF300076	"	1.5级	—	"	2019.2	"
特冶	"	27FF300002	TBQ2-80B	1.5级	—	"	2013.4	"

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

抽查温度记录仪: 08FF300075, 08FF300076, 27FF300002 均送浙江天信仪表有限公司(生产厂)检定, 证书无CNAS章, 为检验合格章。

审核日期: 2020年08月20日上午至2020年08月21日下午(共2.0天)

审核员签字: 肖玲

部门代表签字: 陈永海



编号: 0104-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	宝武特种冶金有限公司					审核员	商玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测中心	金相显微镜	29CB390022	AX10 Plan2	—	玻璃线纹尺 $U=0.50\mu m(k=2)$ 数显卡尺 $U=0.02mm(k=2)$	上海3M(西宝)检测	2019.12.20	√
						"	"	
	数显卡尺	29FM1820008	5585H	—	0.1级	"	2019.12.20	√
	电子天平	29FM1440009	AG64618 0.1mg		砭砭 F1	上海博业计量检测	2020.6.15	√
	定碳系统分析仪	29CA350012	GM1A-820V	—	砭砭附测: $C/U=0.004\%$ $S/U=0.003\%$ $k=2$ 金相显微镜分析: $C/U=0.01\%$ $S/U=0.0005\%$ $k=2$ 定碳系统分析用材料: $C/U=0.004\%$ $S/U=0.0010\%$ $k=2$	上海博业计量检测	2020.5.27	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

测量设备符合溯源要求。

审核日期: 2020年08月20日 上午至2020年08月21日 下午 (共2.0天)

审核员签字:

商玲

部门代表签字:

陈利海



编号: 0104-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	宝武特种冶金有限公司					审核员	肖玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
特冶分	电子天平	26FF620099	12-8000g/100000%	0.5级	0.01级	上海计量检测技术有限公司	2020.6.10	√
	氮气检测仪	26CA370002	SM95-0X	—	氮气检测仪标准物质 Urel=1% (K=2)	上海计量检测技术有限公司	2020.7.2	√
					新表分辨率0.01S	"		
	压力表	26FP090213	Y-100/0-1.6MPa	1.6级	0.4级	上海计量检测技术有限公司	2020.6.20	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

测量设备符合溯源要求, 均已贴标识。

审核日期: 2020年08月20日上午至2020年08月21日下午(共2.0天)

审核员签字: 肖玲

部门代表签字: 陈国海