



受理编号: 0157-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	5 级及以下绝缘电阻表检定过程		被测参数要求(含公差)	基本误差±5%	
被测参数要求识别依据文件		JJG 622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)》检定规程 JJG 1005-2019《电子式绝缘电阻表》检定规程			
计量要求导出方法(可另附) $T = \pm 5\%$ 测量过程计量要求: $U_{允} = MPEV/3 = 1.7\%$ 测量设备计量要求: 计量器具出厂需按检定规程执行检定。按照 JJG 622-1997、JJG 1005-2019 的要求, 检定装置的准确度等级要求如下: 5 级及以下绝缘电阻表出厂检定装置准确度等级满足 0.2 级即可。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	设备特性(示值误差等)	校准证书编号	校准日期
	绝缘电阻表检定装置/09342	ZX119-8	电阻: 0.2 级; 电压: 1 级	DYQ201904306 DYQ201904307	2020 年 8 月 16 日
计量验证记录 测量设备经检定合格, 准确度等级满足检定规程要求的准确度等级要求, 符合计量要求。 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: _____ 验证日期: 2020 年 8 月 11 日					
审核记录: 按检定规程要求导出了过程允许不确定度和设备准确度等级, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度导出方法正确, 已经按照检定规程识别该过程所需检定装置的准确度等级。测量设备已经经过检定, 验证合格, 满足计量要求。 审核员: _____ 受审核方代表签字: _____ 审核日期: 2020 年 8 月 14 日					