



编号: 0106-2018-2020

不符合项报告

企业名称: 江西金虎保险设备集团有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技术部/计量职能部门	陪同人员: 王丽君
不符合事实描述: 查企业建立计量器具台账, 但缺少游标卡尺等 7 件计量器具有效期、测量范围、测量精度等基本信息。	
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022 6.3.1	
不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ;	
审核员(签名) 马勇强	陪同人员(签名) 王丽君
企业部门代表(签名) 李春生	日期: 2020.7.12
纠正措施: 1. 技术部人员重新建立了《计量器具台账》, 补充游标卡尺等 7 件计量器具的有效期、测量范围、测量精度等基本信息。已附于中① 2. 技术部/计量职能部门对员工进行了测量设备管理控制程序中的宣贯	
企业部门代表签名: 李春生	审核员签名:
纠正措施完成情况:	
审核组代表签名:	日期:

可另附页



江西金虎保险设备集团有限公司

员工培训记录表

No:

培训项目	GB/T19022 国家标准中 6.3.1 条款培训												
培训时间	2020.9.14												
地 点	公司会议室												
培训讲师	胡老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
皮青英	√			√			√			√			胡老师
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：胡老师													
编 制	行政部						审 核	熊波林					



计量器具台账

使用单位：江西金虎保险设备集团有限公司

序号	测量器具名称	规格型号	编号	测量范围	精度等级	出厂编号	制造厂商	配备地点	检定周期(月)	管理类别	检定日期	有效期至	检定结论	设备状态
1	数显卡尺	0-200mm	K16L160833	0-200mm	±0.01mm	K16L160833	广陆	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
2	外径千分尺	JH-QFC-01	JH-QFC-01	0-25mm	±0.004mm	01130048	上海恒量量具有限公司	车间	12月	B	2020.5.26	2021.5.25	合格	有效
3	塞尺	0.02-1.00mm	150A-17	0.02-1.00mm	U=2.2 μm, k=2	23377	上海机床附件六厂	车间	12月	B	2020.5.19	2020.11.18	合格	有效
4	卷尺	0-3m	302	0-3m	1mm	233EW	河南江华工量具厂	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
5	涂层测厚仪	MCT2000	17070018	TG100B	±(3+H) × 0.11 μm	17070018	北京韩泰科技发展有限公司	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
6	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-04	0-15MP	1.6级	HM	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
7	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-05	0-15MP	1.6级	L1651	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
8	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-06	0-15MP	1.6级	L1657	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
9	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-07	0-15MP	1.6级	L1663	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
10	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-08	0-15MP	1.6级	L1675	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
11	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-09	0-15MP	1.6级	L1682	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
12	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-10	0-15MP	1.6级	L1677	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
13	CO2 气瓶压力表	YQT-731L	JH-11	0-15MP	1.6级	L1666	青岛晟裕焊割设备有限公司	车间	用完更换新的	C	2020.5.18	/	合格	有效
14	游标卡尺	0-300mm	JH-12	0-300mm	0.02mm	ED200233	上海沪工工具有限公司	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效



由 扫描全能王 扫描创建

15	电子秤	TCS-300	DZC-01	0.05-300kg	± 0.075Kg	T300	宁波衡特电子	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
16	电子秤	TCS-300	DZC-01	0.05-300kg	± 0.075Kg	T300	宁波市鄞州衡特电子有限公司	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
17	喷塑房压力表	Y-100-M20* 1.5	JH-17	0-2.5MP	1.6级	12069 854	富阳华科仪表有限公司	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
18	喷塑房压力表	Y-100-M20* 1.5	JH-18	0-2.5MP	1.6级	16042 16400 4	杭州鹤山仪表有限公司	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
19	储气罐压力表	Mpa1.6	JH-19	0-10 MP	1.5级	YL-00 2	中国红旗仪表有限公司	车间	12月	A	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效
20	钢卷尺	0-10m	JH-20	0-10m	1mm	/	河南江华工量具厂	车间	12月	B	2020.5.18	2021.5.17	合格	有效

编制：皮青英 2020.9.15

审批：熊波林 2020.9.15



由 扫描全能王 扫描创建