编　　号：0012-2016-2020

不符合项报告

企业名称：广州汉光电气股份有限公司	不符合报告编号：2020090401
企业下属部门:品管部	陪同人员:温锐洪

不符合事实描述：

查成品检验用多功能校准仪（编号 20060601），设备有效期至 2019 年 8 月 16 日，已经超出确认有效期，设备拟暂停使用，但未能提供不合格报告。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 8.3.3 不合格测量设备

不符合程度：　主要不符合 ____；　次要不符合 √ ；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.9.4

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期: