

编号: 0016-2017-2020

测量设备溯源抽查表

[illegible]



编号: 0016-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海连成(集团)有限公司					审核员	肖玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
计量中心	压力表	ZL181200682	Y-100C01.4	1.6级	精密压力表	嘉定印	2020.4.2	√
	压力表	2010913115	"	"	"	"	2020.4.2	√
	电子秤	SLF3-02	500g	III级	砝码 12500g	上海世达	2019.10.14	√
					1mg~500mg			
					500g~2000g			
	布氏硬度计	SLFH-02	HBW-187.5		标准块 64.2 HRC	上海世达	2019.10.14	√
					246.3 HRC			
					277.7 HRC			
	电阻温度计	SLK-02	Rt-300°C		(-80~230°C)/0.05%+1LSB	上海世达	2019.10.14	√
					(20~100)% RH			
					(30~90)% RH ≤ ±1.5% RH			
	金相显微镜	SLCA02	4XLMS		(0~1)mm	上海世达	2019.10.14	√
					0.01mm			
	液压万能试验机	SLFW-01	WES-300kN		300kN	上海世达	2019.10.14	√
					0.3级			
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 抽查以上设备。(送嘉定印)、电子秤、布氏硬度计、电阻温度计、金相显微镜(送上海世达), 均有检定/校准证书, 有计量标识, 符合要求。								
审核日期: 2020年09月26日 上午至2020年09月26日 下午 (共1.0天) 审核员签字: 肖玲 部门代表签字: 陈露								



编号: 0016-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海连成(集团)有限公司					审核员	新	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
计量部	可见分光光度计	SLCA-01	7230G	—	100% 20% 30% 200nm	—	2019.10.14	√
		0706070			氯化钠溶液 (230~680)nm			
电子分析天平	SLF3-01	88882	TG32813	① 3mg	BAL15 (1~500)g E1 (1~500)mg E2	—	2019.10.14	√
固定式电子秤	SLF4-100	701	SCS-100	1kg	BAL15: (1~5)kg 3000M1 (0.5~20)kg M12M1 (5~1250)kg M15M1	—	2020.3.18	√
数显温度计	SLT6-04	608-11		—	温度MPE: 20.08°C 1/10000	—	2020.6.21	√
					湿度 (10~100)%RH			
					温度MPE: (20°C) 1/10000, (40~70)%RH MPE: ±1.0%RH (40~70)%RH MPE: ±1.5%RH			

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

对本次设备抽查了校准证书以计量确认, 标识, 符合要求。

审核日期: 2020年09月26日 上午至 2020年09月26日 下午 (共1.0天)

审核员签字:

部门代表签字: