编　　号：0151-2019-2020

不符合项报告

企业名称：广州东塑石油钻采专用设备有限公司	不符合报告编号：2020092101
企业下属部门:综合质管部	陪同人员:蓝宇星

不符合事实描述：

查公司 2020 年与深圳捷祥计量检测技术有限公司签订的《计量器具校准协议》中，提供的校准外包方，包括深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳华信计量检测科技有限公司等，未开展服务类外部供方评价。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.4 外部供方

不符合程度：　主要不符合 ____；　次要不符合__√__；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.9.21

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期:

编　　号：0151-2019-2020

不符合项报告

企业名称：广州东塑石油钻采专用设备有限公司　　不符合报告编号：2020092102

企业下属部门:综合质管部　　陪同人员:蓝宇星

不符合事实描述：

未提供 2019 年计量确认的监视记录。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 8.2.4 测量管理体系监视

不符合程度：　主要不符合 _____；　次要不符合 __√__；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.9.21

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期: